

# ANTRAG\*

## zur Aufnahme eines neuen Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V

### Produktgruppe 04. "Bade- und Duschhilfen"

Die Einhaltung aller Anforderungen ist schriftlich und/oder durch Nachweise in der in den Standards und diesem Antrag vorgegebenen Reihenfolge zu belegen.

#### 1. Produktbezeichnung:

1.1 Typ/Ausführung:

1.2 Artikelnummer:

1.3 Typenschild oder Produktkennzeichnung auf der Verpackung  
(Kopie oder Original einfügen):

#### 2. Antragsteller:

Sofern Hersteller und Antragsteller nicht identisch sind, ist eine schriftliche Bevollmächtigung durch den Hersteller auszustellen und dem Antrag beizufügen.

#### 3. Hersteller:

#### 4. Produzent:

#### 5. Produktart:

| PG    | Ort | UG | Art | lfd. Nr. |
|-------|-----|----|-----|----------|
| 0   4 |     |    |     | X X X    |

Das angemeldete Hilfsmittel ist einer Produktart des Hilfsmittelverzeichnisses zuzuordnen. Dies setzt voraus, dass es gemäß der in der Produktart festgelegten Indikation eingesetzt werden soll. Die Ziffern der Produktarten ergeben sich aus den Gliederungen zu den einzelnen Produktgruppen oder aus den Produktartbeschreibungen. Die erforderlichen Angaben können im Internet unter <http://www.gkv-spitzenverband.de/> abgerufen werden.

In den Untergruppen des Hilfsmittelverzeichnisses sind Anforderungen nach § 139 SGB V formuliert, die an die Funktionstauglichkeit, die Sicherheit, den medizinischen Nutzen und die Qualität von neuen Hilfsmitteln sowie an die entsprechende Nachweisführung gestellt werden. Diese Anforderungen inkl. evtl. vorgegebener Prüfmethode sind bei der Antragstellung zu beachten.

---

\* Dieser Antrag ist mit den dazugehörigen Anlagen in doppelter Ausfertigung einzureichen.

## Allgemeine Hinweise für die Antragstellung für neue oder neuartige Produkte

- Die Prüfung des angemeldeten Produktes erfolgt auf Basis der Angaben in diesem Antrag und der als Anlage beigefügten Unterlagen (Zertifikate, Prüfberichte etc.). Die Anlagen sind fortlaufend zu nummerieren.
- Die Einhaltung der Anforderungen ist für jedes einzelne Produkt nachzuweisen. Die eingereichten Nachweisunterlagen (Zertifikate, Prüfberichte etc.) müssen zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell und gültig sein (Normen, auf die bei der Antragstellung Bezug genommen wird, müssen den zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen Fassungen entsprechen - keine Entwürfe, während Übergangszeiten gelten beide Normen-; Konformitätserklärungen, Zertifikate etc. müssen den zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen Richtlinien inkl. Ergänzungen und gesetzlichen Anforderungen genügen) und sich eindeutig (Artikelnummern, Namen und Bezeichnungen müssen auf allen Dokumenten den Artikelnummern, Namen und Bezeichnungen des im Antrag bezeichneten Produktes im Auslieferungszustand entsprechen) auf das angemeldete Produkt und den Hersteller beziehen. Sofern dies nicht der Fall ist, weil z.B. bereits ein baugleiches oder bauähnliches Produkt gelistet ist und die in diesem Zusammenhang vorgelegten Unterlagen zur Bewertung herangezogen werden sollen, muss die unabhängige Institution, die die Erstprüfung durchgeführt hat, die Übertragbarkeit der Prüfberichte/Zertifikate auf das angemeldete Produkt bestätigen. Andernfalls sind neue Prüfungen - ggf. auch durch den Hersteller selbst - durchzuführen.
- Die Angaben im Antrag sowie die Unterlagen sind grundsätzlich in deutscher Sprache zu machen bzw. vorzulegen. Werden in einer fremden Sprache Anträge gestellt oder Eingaben, Belege, Urkunden oder sonstige Schriftstücke vorgelegt, kann der GKV-SV die Vorlage einer Übersetzung innerhalb von zwei Monaten verlangen, sofern er oder der MDS nicht in der Lage sind, die Anträge oder Schriftstücke zu verstehen<sup>†</sup>. Sofern die Übersetzungen nicht eingereicht werden, wird der Antrag abschlägig beschieden.
- Sollten sich nach Aufnahme eines Produktes in das Hilfsmittelverzeichnis Änderungen ergeben, ist dies dem GKV-SV in einem Änderungsantrag mitzuteilen und nachzuweisen, ob die Anforderungen nach § 139 Abs. 4 SGB noch erfüllt werden.
- Die eingereichten Unterlagen müssen Aussagen über das gesamte beanspruchte Indikationsgebiet und die Zweckbestimmung enthalten.
- Die in den einzelnen Untergruppen des Hilfsmittelverzeichnis aufgeführten Anforderungen und Prüfparameter und/oder die in den einzelnen Untergruppen ggf. angegebene Prüfmethode/Art der Nachweisführung sind zu berücksichtigen (gilt nur für neue Produkte).
- Sofern bestimmte (technische) Prüfungen gefordert werden, werden diese grundsätzlich von einem unabhängigen Institut durchgeführt. Die Gleichwertigkeit anderer Prüfungen mit den im Hilfsmittelverzeichnis angegebenen Prüfungen ist vom Antragsteller auf Basis von Normen oder anderen anerkannten Prüfverfahren nachzuweisen.
- Sofern die Hersteller selbst über die Prüfkompetenz und Prüfvorrichtungen und einen beschriebenen Versuchsaufbau verfügen, können diese Prüfungen für die Aufnahme von Produkten in das Hilfsmittelverzeichnis akzeptiert werden. Der Hersteller hat dann den Prüfbericht und die Prüfdokumentation vorzulegen und die Gleichwertigkeit dieser Prüfungen mit den im Hilfsmittelverzeichnis angegebenen Prüfungen nachzuweisen. Die Prüfkompetenz ist in diesem Fall von einer Benannten Stelle oder einer akkreditierten Prüfinstitution zu bestätigen.
- Alle angemeldeten Komponenten, wie Zubehör bzw. Ausstattungsdetails, müssen berücksichtigt werden.
- Die Nachweise müssen sich auf den allgemeinen Lebensbereich/häuslichen Bereich des Versicherten beziehen oder sich darauf übertragen lassen.

---

<sup>†</sup>Vgl. § 19 SGB X

- Die Nachweise müssen den vorgesehenen Benutzerkreis berücksichtigen.
- Die Nachweise sind schriftlich, vorzulegen. Ggf. sind Bilder und tabellarische Auswertungen einzureichen.
- Nachweise aus dem Ausland werden akzeptiert, wenn sie auf deutsche Verhältnisse übertragbar sind. Dies wird im Einzelnen geprüft.
- Werden in den Prüfberichten/Zertifikaten abweichende Bezeichnungen verwendet, muss die unabhängige Institution, die die vorgelegten Prüfberichte/Zertifikate ausgestellt hat, deren Übertragbarkeit auf das angemeldete Produkt bestätigen.

## **I. Funktionstauglichkeit:**

### **Vorzulegen sind:**

- Bei CE-Kennzeichnung:
  - Für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nr. 1 des Medizinproduktegesetzes (MPG) sowie deren Zubehör eine Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 93/42 EWG sowie bei Produkten der Risikoklassen IIa, IIb und III und bei steril in Verkehr gebrachten Produkten der Risikoklasse I die Zertifikate der an der Konformitätsbewertung beteiligten Benannten Stelle.

**Nachweise liegen als Anlage(n) Nr.            Seite:            bei.**

## **II. Sicherheit:**

### **Vorzulegen sind:**

- Bei CE-Kennzeichnung:
  - Für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nr. 1 des Medizinproduktegesetzes (MPG) sowie deren Zubehör eine Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 93/42 EWG sowie bei Produkten der Risikoklassen IIa, IIb und III und bei steril in Verkehr gebrachten Produkten der Risikoklasse I die Zertifikate der an der Konformitätsbewertung beteiligten Benannten Stelle.

**Nachweise liegen als Anlage(n) Nr.            Seite:            bei.**

## **III. Besondere Qualitätsanforderungen:**

**III.1 Indikations-/einsatzbezogene Qualitätsanforderungen die eine Produktbewertung entsprechend Ziffer III.1 "Indikations-/einsatzbezogene Qualitätsanforderungen" ermöglichen.**

### **Vorzulegen sind:**

- Bei Herstellererklärungen:

- Erklärungen des Herstellers, die zu den indikations-/einsatzbezogenen Eigenschaften des angemeldeten Produktes für die beanspruchte(n) Produktart/Indikation(en) Stellung beziehen
- Herstellerseits ausgestellte Unterlagen zur Darstellung der Zweckbestimmung und Indikationen
- Konstruktionsbeschreibungen des Produktes mit mind. Angaben über Aufbau, auch einzelner Elemente bzw. Bestandteile, Funktion, auch einzelner Elemente bzw. Bestandteile, Materialien und ihre Eigenschaften, auch einzelner Elemente bzw. Bestandteile, Größe und Gewicht, auch einzelner Elemente bzw. Bestandteile
- Darstellung der Art und Weise der Reinigung, Auflistung von Inhaltsstoffen oder bestimmten Reinigungsmitteln und -methoden, die zur Pflege geeignet sind. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur allgemeine Bezeichnungen (z.B. Chlorreiniger) und keine Firmenbezeichnungen verwendet werden
- Darstellung der Art und Weise der Desinfektion sowie der dazu erforderlichen Mittel und Methoden

**Nachweise liegen als Anlage(n) Nr.            Seite:            bei.**

**Vorzulegen sind:**

- Bei aussagekräftige Unterlagen:
  - Gebrauchsanweisung
  - Prospektmaterial
  - Technische Dokumentationen

**III.2    Qualitätsanforderungen hinsichtlich der Nutzungsdauer, die eine Produktbewertung entsprechend Ziffer III.2. Qualitätsanforderungen hinsichtlich der Nutzungsdauer ermöglichen.**

**Vorzulegen sind:**

- Bei Herstellererklärungen:
  - Erklärungen des Herstellers, die zur Nutzungsdauer/Belastbarkeit des Produktes Stellung beziehen
  - Herstellerseits ausgestellte Unterlagen zur Darstellung der Nutzungsdauer/Belastbarkeit des Produktes
  - Konstruktionsbeschreibungen des Produktes mit mind. Angaben über Aufbau, auch einzelner Elemente bzw. Bestandteile, Funktion, auch einzelner Elemente bzw. Bestandteile, Materialien und ihre Eigenschaften, auch einzelner Elemente bzw. Bestandteile, Größe und Gewicht, auch einzelner Elemente bzw. Bestandteile
  - Beschreibungen des verwendeten Grundmaterials, das korrosionsgeschützt werden soll
  - Angabe der Art und Weise und Materialien des Korrosionsschutzes, z.B. Oberflächenschutz durch Verzinkung, Chromatierung, Pulverbeschichtung o.ä.

**Nachweise liegen als Anlage(n) Nr.            Seite:            bei.**

- Bei aussagekräftige Unterlagen:
  - Gebrauchsanweisung
  - Prospektmaterial
  - Technische Dokumentationen

**Nachweise liegen als Anlage(n) Nr.            Seite:            bei.**

Zusätzliche Hinweise zur Nachweisführung bei 04.40.01 „Badewannenlifter“

- Bei Prüfungen entsprechend Normen/Normenabschnitte:
  - Prüfplan mit Angabe der Prüfparameter
  - Benennung des Auftraggebers
  - Benennung der Prüfinstitution
  - Prüfbericht

**III.3    Qualitätsanforderungen hinsichtlich des Wiedereinsatzes, die eine Produktbewertung entsprechend Ziffer III.3. Qualitätsanforderungen hinsichtlich des Wiedereinsatzes ermöglichen**

**Vorzulegen sind:**

- Bei Herstellererklärungen:
  - Erklärungen des Herstellers, die zum Wiedereinsatz des Produktes Stellung beziehen
  - Herstellerseits ausgestellte Unterlagen zur Darstellung des Wiedereinsatzes des Produktes
  - Konstruktionsbeschreibungen des Produktes mit mind. Angaben über Aufbau, auch einzelner Elemente bzw. Bestandteile, Funktion, auch einzelner Elemente bzw. Bestandteile, Materialien und ihre Eigenschaften, auch einzelner Elemente bzw. Bestandteile, Größe und Gewicht, auch einzelner Elemente bzw. Bestandteile

**Nachweise liegen als Anlage(n) Nr.            Seite:            bei.**

- Bei aussagekräftigen Unterlagen:
  - Gebrauchsanweisung
  - Prospektmaterial
  - Technische Dokumentationen

**Nachweise liegen als Anlage(n) Nr.            Seite:            bei.**

**IV. Medizinischer Nutzen:**

**Vorzulegen sind:**

- nicht besetzt

**V. Anforderungen an die Produktinformation:**

**Vorzulegen sind:**

- Technische Daten:

- Angabe der folgenden technischen Daten (soweit anwendbar):

|                                       |       |       |      |     |    |
|---------------------------------------|-------|-------|------|-----|----|
| Empfohlene Körpergröße:               | cm    |       |      |     |    |
| Abmessungen (Länge / Breite / Höhe):  | cm /  | bis   | cm / | bis | cm |
| Sitzbreite:                           | cm    |       |      |     |    |
| Sitztiefe:                            | cm    |       |      |     |    |
| Sitzhöhe:                             | cm    |       |      |     |    |
| Sitzneigung:                          | ° bis | °     |      |     |    |
| Höhe Rückenlehne:                     | cm    |       |      |     |    |
| Breite Rückenlehne:                   | cm    |       |      |     |    |
| Rückenwinkel/Rückenlehnenverstellung: | ° /   | ° bis | °    |     |    |
| Armlehnenhöhe:                        | cm    |       |      |     |    |
| Breite zwischen den Armlehnen:        | cm    |       |      |     |    |
| Gewicht:                              | kg    |       |      |     |    |
| Max. Belastbarkeit:                   | kg    |       |      |     |    |
| Materialien:                          |       |       |      |     |    |

04.40.01 Zusätzliche Angaben bei Badewannenliftern:

|                                    |       |                     |   |           |    |
|------------------------------------|-------|---------------------|---|-----------|----|
| Standfläche:                       | cm x  | cm                  |   |           |    |
| Leistungsaufnahme:                 | W     |                     |   |           |    |
| Leistungsaufnahme im Standby:      | W     |                     |   |           |    |
| Akku:                              |       | Spannung            | V | Kapazität | Ah |
| Ladegerät:                         |       | Spannung            | V | Strom     | A  |
| Ladezeit Akku:                     | h     |                     |   |           |    |
| Anzahl Hubvorgänge pro Akkuladung: |       |                     |   |           |    |
| Dauer Hubbewegung unter Nennlast:  | s     | (vollständiger Hub) |   |           |    |
| Dauer Senkbewegung unter Nennlast: | s     | (vollständiger Hub) |   |           |    |
| Betriebsgeräusch:                  | dB(A) |                     |   |           |    |
| Schutzart:                         |       |                     |   |           |    |
| Schutzklasse:                      |       |                     |   |           |    |

04.40.05 Zusätzliche Angaben bei Sicherheitsgriffen und Aufrichtehilfen:

|                   |    |
|-------------------|----|
| Griffdurchmesser: | mm |
|-------------------|----|

**Nachweise liegen als Anlage(n) Nr.            Seite:            bei.**

- Gebrauchsanweisung:
  - Gebrauchsanweisung mit Zweckbestimmung

**Nachweise liegen als Anlage(n) Nr.**              **Seite:**              **bei.**

- Typenschild/Produktkennzeichnung:
  - Typenschild im Original oder eine Kopie des Typenschildes. Ein Foto ist einer Kopie gleichzusetzen.

**Nachweise liegen als Anlage(n) Nr.**              **Seite:**              **bei.**

- Weitergehende Produktinformationen:
  - Prospekte, Produktkatalog
  - Produktunterlagen
  - Preislisten, Bestellblätter, Abmess-/Konfigurationsbogen
  - Serienausstattung, Zubehörlisten
  - Service-/Wartungsunterlagen
  - Abbildungen der zulassungsfähigen Konfiguration, ggf. JPG- oder TIFF-Format, alternativ technische Zeichnungen
  - Angaben zur Garantiezeit
  - Aufstellung der technischen Daten

**Nachweise liegen als Anlage(n) Nr.**              **Seite:**              **bei.**

## **VI. Sonstige Anforderungen:**

**Vorzulegen sind:**

- nicht besetzt

## **Ergänzende Informationen**

|                                      |                  |   |
|--------------------------------------|------------------|---|
| <u>Abgabepreis ohne MwSt.</u> an den | - Endverbraucher | € |
|                                      | - Fachhandel     | € |
|                                      | - Rabatte        |   |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <u>Höhe des Mehrwertsteuersatzes</u> | % |
|--------------------------------------|---|

Preisliste / Katalog liegt als Anlage(n) Nr.              Seite:              bei.

### Im Preis enthaltener Lieferumfang

Lieferliste / Katalog liegt als Anlage(n) Nr.            Seite:            bei.

**Wurde bereits ein Antrag auf Aufnahme des Produktes in das Pflege-/Hilfsmittelverzeichnis gestellt?**

ja     nein

***Wenn ja, unter welcher Artikel-/Produktbezeichnung?***

**Ersetzt das Produkt ein bereits gelistetes oder handelt es sich um eine Weiterentwicklung?**

ja     nein

***Welches Produkt wurde ggf. ersetzt oder weiterentwickelt und wann wurde die Produktion/der Vertrieb eingestellt?***

---

Datum / Stempel / Unterschrift

Produktänderungen/Einstellung der Produktion oder des Vertriebs

Die Hilfsmittelpositionsnummern des Hilfsmittelverzeichnisses dürfen nur für die jeweils gelisteten und von den Produkteinträgen erfassten Produkte und Produktausföhren verwendet werden. Produktänderungen sind dem GKV-Spitzenverband in jedem Fall unverzüglich anzuzeigen. In diesem Fall ist nachzuweisen, dass die gültigen Qualitätsanforderungen weiterhin eingehalten werden. Der GKV-Spitzenverband behält sich eine Überprüfung des Produktes vor.

Ebenfalls unverzüglich dem GKV-Spitzenverband anzuzeigen sind eine Einstellung der Produktion oder des Vertriebs des Produktes.

Unabhängig hiervon wird der GKV-Spitzenverband in regelmäßigen Abständen Abfragen bei den Herstellern zur Aktualität der Produkteinträge im Hilfsmittelverzeichnis durchführen und auf dieser Grundlage ggf. weitere Maßnahmen zur Anpassung der Produkteinträge einleiten.

Der Antragsteller/Hersteller bestätigt mit nachfolgender Unterschrift die Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen und versichert, den GKV-Spitzenverband bei Produktänderungen oder der Einstellung der Produktion bzw. des Vertriebs unverzüglich hierüber zu informieren.

---

Datum / Stempel / Unterschrift