

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>03 Applikationshilfen</b>
<b>Positionsnummer:</b>	03. 99. 05. 5044
<b>Bezeichnung:</b>	Li mLess® Infusi onspumpe, Art. -Nr. 73001
<b>Hersteller:</b>	pfm medical mepro gmbh
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<b>Gerätetyp:</b> Mobile Infusi onspumpe, elektroni sch ge- steuert, für die kurzzeitige Anwendung am Patienten, für die konti nuierliche TPN, 25- Phasen/Chrono, Si nus/Chrono, intermi t- tierend, Puls- und PCA-Anwendung
	<b>Pumpenkonzept:</b> Multi -Therapi epumpe
	<b>Abmessungen(HxBxT):</b> 135 mm x 92 mm x 38 mm
	<b>Gewicht:</b> ca. 367 g ohne Akku
	<b>Sicherhei t:</b> -
	<b>Genauigkei t:</b> +/- 5 % (nomi nal)
	<b>Förderarten:</b> konti nuierlich, TPN, 25-Phasen/Chrono, Si nus/Chrono, intermi ttierend, Puls und PCA
	<b>Feuchti gkei tsschutz:</b> Spritzwasserschutz (IPx1) Schutz gegen tropfendes Wasser, das senkrecht fällt
	<b>Stromversorgung:</b> 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 15 W max; 0,5 A Li -Ion 7,2 V, 2150 mAh (wiederaufladbar)
	<b>KVO-Rate:</b> 0,0 bis 5,0 ml/h
	<b>Max. Infusi onsdruck:</b> 0,5 bis 1,3 bar (7,7 bis 19,3 psi)
	<b>Di splay:</b> Touch-Di splay 320 x 200 Pixel, orange/grün LED
	<b>Programmi erung</b>
	<b>Protokoll -Archiv:</b> keine Angaben durch den Hersteller
	<b>Ei nheiten:</b> ml
	<b>Konti nuierliche Rate:</b> 0,1 ml/h - 500,0 ml/h in 0,1-ml-Schritten 0,0 ml/h - 99,9 ml/h in 1-ml-Schritten
	<b>Bol usdosi s:</b> Konfigurierbar von 0,1 - 9999 ml/h
	<b>Bol ussperrzeit:</b> -
	<b>Zufuhrli mit:</b> -
	<b>Dauer Zufuhrli mit:</b> -
	<b>Arztbol us:</b> -
	<b>Grenzen di stale</b>
	<b>Okkl usi on:</b> konfigurierbar - hoch, mittel, gering
	<b>Al armsi gnale:</b> Luft in der Leitung, Gehäuse nicht richtig angelegt, Okkl usi onen , Fehler beim Fluss, unzureichender Akku (für geringere Span- nungswerte), Störung der Pumpe, Störungen der Batterie (leere Batterie, Batterietem- peratur außerhalb der Grenzwerte)
	<b>Fehl ermel dungen:</b> Batteriestörungen (leere Batterie, Batterie beinahe entladen, Batterie nicht vollstän- dig aufgeladen)

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.99.05.5044

Bezeichnung: Li mLess® Infusi onspumpe, Art. -Nr. 73001

Lieferumfang: 1 x Li mLess® Infusi onspumpe, Art. -Nr. 73001  
1 x Akkusatz  
1 x Netzkabel  
1 x Bedi enungsanl ei tung  
1 x Kurzanl ei tung

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      05 Bandagen

**Positionsnummer:**      05. 11. 04. 0021

**Bezeichnung:**      Juzo POST-OP Kompressions-BH Julia, Art.-Nr. 9056

**Hersteller:**      TYTEX A/S

**Konstruktionsmerkmale:** Komprimierende Brustbandage bestehend aus einem Brustkorb umfassenden, teilelastischen Leibteil mit vorderen Reißverschluss, anpassbaren Schultergurten, in fünf Umfanggrößen von S bis XXL.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

**Positionsnummer:**      11. 29. 05. 1004

**Bezeichnung:**            CARFLEX; Art. -Nr. : M18103, M19430

**Hersteller:**             SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:  
Bei der Matratze handelt es sich um eine einschichtige Kaltschaum-Matratze. Die Liegefläche ist in Querrichtung auf Ober- und Unterseite unterschiedlich tief eingeschnitten. In Längsrichtung ist die Liegefläche profiliert. Die Einschnitte an der Unterseite sollen eine Anpassung der Matratze an die Bettkinematik (Sitz und Hochlagerungspositionen) ermöglichen. Ein elastischer Bezug aus Polyurethan umgibt das komplette System.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:  
Prophylaxe von Dekubitus und Dekubitustherapieunterstützung (bis einschließlich Kategorie II nach EPUAP)

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe:  
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:  
Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Einsetzbar auf allen - auch verstellbaren - Liegeflächen.

Art. -Nrn. :	183. 067
Größe der Matratze:	200 x 90 x 14 cm (M18103) 200 x 100 x 14 cm (M19430)
Matratzengewicht:	9, 5 kg - 10, 5 kg
Material Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	Cartex
Material Bezug:	PU- kaschiertes PES- Gewebe
Minim. Patientengewicht:	40 kg
Max. Patientengewicht:	130 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	29, 3°C
Mikroklimafeuchte:	75, 4 % RF
Mikroklimaklasse:	G
relative Druckentlastung:	bei Belastung mit 80 kg = 23 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 130 kg = 15 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	H bei Belastung mit 80 kg D bei Belastung mit 130 kg

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 05. 1004

Bezeichnung: CARFLEX; Art. -Nr. : M18103, M19430  
Scherkräfte Fmax: 163 N  
Scherkräfte Fquer: 158 N  
Gleitreibungskoeffizient: 0,65  
horiz. Steifigkeit: 6,92 N/mm  
Raumgewichte: 37 kg/m<sup>3</sup>  
Stauchhärten: 3,5 kPa  
Lieferumfang: 1. Matratzenersatzsystem gemäß  
o. g. Spezifikation  
2. elastischer Bezug  
Wiedereinsatz: nur nach Aufarbeitung durch den  
Hersteller  
Wartungen: keine  
Eintrag am: 15. 12. 2007  
Änderung am: 20. 06. 2016

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      13 Hörhilfen

**Positionsnummer:**      13. 20. 05. 1003

**Bezeichnung:**              Otomag Alpha 2 (S), Art. -Nrn. S 0415-00/-03

**Hersteller:**                Sophono Inc.

**Konstruktionsmerkmale:** Das Knochenleitungshörgerät Alpha 2 S (= Stirnband) besteht aus einem Gehäuse, das, magnetisch an der Basisplatte des Stirnbandes fixiert, sich der Kopfform anpasst und in besonderen Fällen individuell modifiziert werden kann. Die Signalübertragung erfolgt vom Vibrator über die Basisplatte auf die verankerten Magnete. Durch die magnetische Ankopplung ist das Gerät jeder Zeit abnehmbar.

<b>Bauform:</b>	Knochenleitungshörgerät
<b>Bauart-Nr.:</b>	DHI 2761
<b>Gerät baugleich mit:</b>	Otomag Alpha 1
<b>Anzahl der Kanäle:</b>	8-kanalig
<b>Verstärkung:</b>	20 dB bei 1,6 kHz
<b>Signalverarbeitung:</b>	digital
<b>Mikrofone:</b>	2 Kugelmikrofone
<b>Mikrofonsystem:</b>	dual mit Richtcharakteristik
<b>Ausgangsschall druckbegrenzung:</b>	ja (MP0)
<b>Einstellbare Parameter:</b>	alle digital programmierbar
<b>Verstärkungsregelung:</b>	automatisch, manuell
<b>AGC-Regel systeme:</b>	AGC I, Anzahl 8 AGC 0, Anzahl 1
<b>Klangblenden:</b>	ja/Verstärkung in 8 Kanälen individuell einstellbar
<b>Schaltung mehrerer Programme möglich:</b>	ja/4
<b>Hochfrequenzbereich transponierende Software:</b>	-
<b>Störschall unterdrückende Softwareauslegung:</b>	ja
<b>Batterietyp:</b>	ZL 13
<b>Telefonspule:</b>	nein
<b>Audi oeingang:</b>	nein
<b>Fernbedienun g opti onal:</b>	nein
<b>Sonstige Ausstattungen:</b>	Rückkoppl ungsunterdrückung, Störschall unterdrückung, Sprach- management

Das Hörgerät wird an zwei zur Grundausrüstung gehörenden magnetischen Teilimplantaten, die hinter den Ohrmuscheln auf der Schädeldecke aufgebracht werden, angebracht und kann jederzeit abgenommen werden. Zur Grundausrüstung gehören die magnetischen

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 05. 1003

Bezeichnung: Otomag Alpha 2 (S), Art.-Nrn. S 0415-00/-03  
Teilimplantate. (Diese sind nicht als Hilfsmittel abrechenbar.)

HINWEIS: Nur das Knochenleitungshörgerät ist ein Hilfsmittel im Sinne des § 33 und kann als Hilfsmittel abgerechnet werden. Alle weiteren bei der Implantation anfallenden Kosten, z. B. für den Werkzeugsatz und andere Materialien, fallen in den Rahmen der Vergütungsverhandlungen für den stationären Bereich.

Das Hörgerät selber ist mit einem Lautstärkerregler, einem Tonwahlschalter, einer Anschlussbuchse, einem Mikrofon, einer Magnetplatte zum Implantat hin sowie einem Klangregler ausgestattet.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      13 Hörhilfen

**Positionsnummer:**      13. 20. 08. 0005

**Bezeichnung:**      Champi on Tinni tusmasker

**Hersteller:**      Tinni tech Vertriebs GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Hd0-Tinnitusmasker (Breitband) mit Lautstärkenregler, regelbaren Frequenzblenden, regelbarem Rauschgenerator, Frequenzbereich von 2,5 bis 10 kHz.  
Hersteller unbekannt verzogen, Produkt wird nicht mehr hergestellt/  
vertrieben.



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      13 Hörhilfen

**Positionsnummer:**      13. 20. 08. 0025

**Bezeichnung:**      Ti nni tusEx2 (Rauschgenerator)

**Hersteller:**      HMS Mi croSystems GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Rauschgenerator (Breitband) mit Lautstärkeregelung, ein-stellbarer Frequenzveränderung, Frequenzbereich 500 bis 14000 Hz.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      13 Hörhilfen

**Positionsnummer:**      13. 20. 08. 0038

**Bezeichnung:**              Tinni tusgerät T3´G

**Hersteller:**                S. D. technik & elektronik

**Konstruktionsmerkmale:** IO-Tinni tusgerät, zwei kanal ig, di gi tal programmi erbar, re- gel bare Lautstärke, zwei regel bare Kl angbl enden, Frequenzbe- reich 128 bis 10. 500 Hz, max. Ausgangsschall programmi erbar 80 dB gemessen nach DIN IEC 118-7 und 118-0

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      13 Hörhilfen

**Positionsnummer:**      13. 20. 08. 0039

**Bezeichnung:**      Tinnitusgerät T3`P

**Hersteller:**      S. D. technik & elektronik

**Konstruktionsmerkmale:** IO-Tinnitusgerät, zwei kanal ig, di gi tal programmi erbar, re- gel bare Lautstärke, zwei regel bare Kl angbl enden, Frequenzbe- reich 128 bis 10.500 Hz, max. Ausgangsschall programmi erbar 66,2 dB gemessen nach DIN IEC 118-7 und 118-0

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      13 Hörhilfen

**Positionsnummer:**      13. 20. 14. 0038

**Bezeichnung:**      Tinnitusmasker Baseline, Rauschgenerator

**Hersteller:**      IBA Hörtechnologie -

**Konstruktionsmerkmale:** I0-Custom-made-Tinnitusmasker (Breitband) mit Lautstärkeregelung, zwei regelbaren Klangblenden, regelbarer Frequenzbereich von 128 bis 7400 Hz, gemessen nach DIN 118-0

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      15 Inkontinenzhilfen

**Positionsnummer:**      15. 25. 03. 1278

**Bezeichnung:**      Beesana Superslip Super medium, Art-Nr. 2403

**Hersteller:**      Meditrade GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebe-  
bändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleistung  
1690, 48 g.  
Eintrag am: 15. 10. 2007

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      15 Inkontinenzhilfen

**Positionsnummer:**      15. 25. 03. 2311

**Bezeichnung:**      Beesana Superslip AIR, Art.Nr. 2438

**Hersteller:**      Medi trade GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebe-  
bändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleistung  
1270, 03 g.  
Eintrag am: 15. 10. 2007

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      15 Inkontinenzhilfen

**Positionsnummer:**      15. 25. 03. 2314

**Bezeichnung:**              Beesana Superslip Extra Large, Gr. 3, Art.Nr. 2436

**Hersteller:**                Medi trade GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebe-  
bändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleistung  
1954, 70 g.

Eintrag am: 15. 10. 2007

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      16 Kommunikationshilfen

**Positionsnummer:**      16. 99. 09. 0086

**Bezeichnung:**            Ei 650RF

**Hersteller:**              Ei Electronics GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Optischer Rauchmelder, mit integriertem Funkmodul, welcher im Falle eines Brandes auf Rauch reagiert und ein Funksignal emittiert, dass durch alle Ei-Electronics Ei 170RF (Signalanlage für Gehörlose), die sich innerhalb seiner Reichweite befinden, empfangen wird. Die Empfänger empfangen dieses Signal und reagieren durch eine Leuchtanzeige, einen Ton und/oder eine Vibration, welche den hörgeschädigten Versicherten warnt. Der Rauchmelder verfügt über eine Batterie-Überwachung, die den hörgeschädigten Anwender optisch benachrichtigt, wenn die Batterie schwach wird. Mit der Stummschaltung kann der Anwender Fehlalarme vermeiden, während z. B. gekocht wird. Das Produkt ist nur für die Anwendung in Innenräumen geeignet.

Größe D x H:	115 x 45 mm xx
Gewicht:	Mit Batterie: 233 g
Stromversorgung:	3-V-Lithiumbatterie
Betriebsdauer:	ca. 10 Jahre
Stromverbrauch:	Aktiv: 40 Maxx Standby: <10 µAxx
Funkfrequenz:	868,499 MHz x
Anzahl Funkkanäle: Seriennummern)	1 (Vernetzung über Austausch der
Reichweite:	ca. 200 m bei freier Sicht
Alarmlautstärke:	85dB(A) gem. DIN EN14604 xx
Aktivierung:	über die Prüftaste, über den eingebauten Rauchdetektor
Lieferumfang:	1 x Rauchmelder-Sender mit integriertem Funkmodul 1 x 3 V Batterie 1 x Montageplatte 1 x Bedienungsanleitung



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      16 Kommunikationshilfen

**Positionsnummer:**      16. 99. 10. 1002

**Bezeichnung:**            nicht besetzt

**Hersteller:**              Prentke Romich GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Bei dem NovaChat 7 handelt es sich um eine mobile Kommunikationshilfe mit Sprachausgabe für symbol- und/oder schriftbasierte Kommunikation. Der Anwender ruft vorg gespeichertes Vokabular ab oder gibt buchstabenweise die gewünschten Äußerungen ein. Das Gerät gibt die Aussagen dann lautsprachlich wieder. Zusätzlich wird der zu einer gespeicherten Mitteilung hinterlegte Text (optional auch das zugehörige Symbol) im Textfenster angezeigt. Zur Beschleunigung der Kommunikationsgeschwindigkeit sind je nach Vokabular hunderte bis tausende von Mitteilungen – überwiegend auf Wortbasis – unter Symbolsequenzen vorg gespeichert, die mit wenigen Tastenaktivierungen abgerufen werden können. Hierzu sind die entsprechenden Symbole im Display zu aktivieren. Wortauswahl und -kodierung sind individuell anpass- und erweiterbar. Der NovaChat 7 verfügt über eine gut verständliche, in der Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit einstellbare synthetische Stimme. Das vorhandene Vokabular kann direkt auf dem NovaChat 5 geändert und/oder erweitert werden. Neue Mitteilungen werden über eine Bildschirmtastatur eingetippt oder in das eingebaute Mikrofon gesprochen und mit einer Symbolsequenz verknüpft und stehen dann zur sofortigen Verwendung zur Verfügung. Anpassungen am Vokabular können aber auch über den mitgelieferten PC-Editor (Windows) erfolgen. Daten können mit dem mitgelieferten USB-Kabel zwischen dem NovaChat 7 und PC übertragen werden. Die auf dem Gerät laufende Software ChatPC erlaubt das Anlegen von Seiten mit nur einem Feld bis hin zu 19 x 19 (361) Feldern. Die Schrift im Textfenster kann in verschiedenen Größen (8 Pt - 72 Pt) angezeigt werden. Das Textfenster kann ein bis vier Zeilen Text anzeigen oder ganz ausblenden. Die Anzeige des zu einer Aussage gehörenden Symbols im Textfenster ist möglich. Rückmeldungen über eine erfolgte Eingabe werden optional über einen Piepton, mittels Vibrieren, über eine auditive Ansage (über Kopfhörer oder Lautsprecher) und/oder durch grafisches Hervorheben des Tastenfeldes im Display gegeben. Tastenfelder können verborgen werden.

Der NovaChat 7 kann auf folgende Arten angesteuert werden:

- Durch direktes Drücken der Tasten, z. B. mit dem Finger einer Hand
- Im Ein- oder Zwei-Tasten-Scanning mit verschiedenen Scanningvarianten

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16. 99. 10. 1002

Bezeichnung: nicht besetzt

Die Ansteuerungsoptionen lassen sich in vielfältiger Weise an die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Benutzers anpassen. Das Display/der Touchscreen steht auch für Eingaben zur Verfügung, wenn eine andere Ansteuerungsart gewählt ist. Mit den eingebauten Akkus ist der NovaChat 7 ca. acht Stunden mobil einsetzbar. Eine Benutzung während des Ladens ist möglich. Das gespeicherte Vokabular des NovaChat 7 kann mit dem mitgelieferten USB-Verbindungskabel auf einen PC übertragen und gesichert werden.

Bildschirm:	Kapazitiver 7 Zoll Touchscreen
Bildschirmauflösung:	1024 x 600 Bildpunkte
Abmessung (BxHxT):	20,0 cm x 16 cm x 5,5 cm
Gewicht:	686 g
Lautsprecher:	2
Mikrofon:	1
Kamera:	2,0 Megapixel
Anschlüsse:	1 x Micro-USB 1 x Micro-SDHC-Karte Bluetooth Klasse 2 IR-Umfeldkontrolle 2 x 3,5 mm Anschluss für externe Taster 1 x 3,5 mm Anschluss für Kopfhörer
Akku:	3,7 V/2500 mAh
Akkulaufzeit:	ca. 8 Stunden
Betriebssystem:	Android 4.2

Lieferumfang:

- Symbolstix-Symbol-Bibliothek mit ca. 14.000 Symbolen
- Ivona Sprachsynthese mit je einer männlichen und einer weiblichen Stimme (deutsch und englisch)
- Netzteil (Ladegerät)
- USB-Kabel (zur Datenübertragung von/zum PC)
- PC-Editor zum Bearbeiten, Sichern und Übertragen von Vokabular
- Handbuch /Anleitung

Software:

Ausführung „MetaChat“:

- MetaChat 45 - Vokabular mit ca. 2.300 Wörtern auf einer 45-Felder-Oberfläche
- METACOM-Symbol-Bibliothek mit ca. 3.800 Symbolen

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

**Positionsnummer:**      18. 50. 03. 0100

**Bezeichnung:**              Sprint SLT

**Hersteller:**                BeRollKa-aktiv Rollstuhltechnik GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Aktivrollstuhl aus einem faltbaren Aluminiumrahmen, mit Doppelkreuzstrebe, Antriebsrädern mit Greifreifen hinten, frei mitlaufenden Lenkrädern vorn, Sitz- und Rückenbespannung, abnehmbaren, austauschbaren Seitenlehnen, abnehmbares, abschwenkbares und höhenverstellbares Fußbrett, Vari oachsblock mit diversen Verstellmöglichkeiten, luftdruckunabhängiges Bremssystem in Verbindung mit pannensicherer Bereifung, Trommelbremse für Begleitperson optional erhältlich.

Sitzbreite:                    34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 cm

Sitztiefe:                     34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 cm

Rückenhöhe:                 30, 35, 40, 45 cm

zul. Nutzergewicht:        120 kg

Bereifung hinten:         22 Zoll, 24 Zoll

Bereifung vorne:          diverse

Das Produkt erfüllt nach Herstellerangaben die Leistungsanforderung nach ISO 7176-19:2001 (Mobilitätseinrichtungen [Rollstühle] zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen).

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

**Positionsnummer:**      18. 50. 03. 1060

**Bezeichnung:**              Junior 2 AR

**Hersteller:**                BeRollKa-aktiv Rollstuhltechnik GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Adaptivrollstuhl aus farbig beschichtetem Aluminiumrohr, mit Kreuzstrebe, textiler, gepolsterter Sitz- und Rückenbespannung, Achslagerblock mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten, austauschbaren Seitenteilen, abschwenkbaren Fußstützen in verschiedenen Ausführungen, verstellbaren Schwenkrädern, Rahmen wahlweise in gerader Ausführung oder als Abduktionsrahmen lieferbar.

Sitzbreite:                    24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 cm

Sitztiefe:                     22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 cm

Rückenhöhe:                 25, 30, 35, 40 cm

                                      jeweils + 2,5 cm einstellbar

Leergewicht:                 ab ca. 13,5 kg

zul. Nutzergewicht:        120 kg

Bereifung hinten:          20, 22 Zoll

Radsturz:                     0, 4, 7, 10°

Bereifung vorne:          diverse

Bremse:                        Druckbremse

Der Rollstuhl muss mit Sitzkissen ausgeliefert werden.

Das Produkt erfüllt nach Herstellerangaben die Leistungsanforderung nach ISO 7176-19:2001 (Mobilitätseinrichtungen [Rollstühle] zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen).

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

**Positionsnummer:**      18. 50. 04. 0178

**Bezeichnung:**            F3 Corpus R-Net

**Hersteller:**             Permobil AB

**Konstruktionsmerkmale:** Elektrorollstuhl "ohne Sitzlift" aus einem pulverbeschichteten Rahmen, vorne angeordneten, über Getriebemotore angetriebenen, gefederten Antriebsrädern, freilaufenden, gefederten Schwenkrädern hinten, festem, verstellbarem Sitz (CORPUS 3G) mit textiler Polsterung, hochschwenkbaren Armlernen, hochschwenkbaren Beinstützen und Kniewinkelverstellung. Der Rollstuhl muss mit Batterien und Ladegerät ausgeliefert werden.

Sitzbreite:                42 cm - 57 cm  
Sitztiefe:                37 cm - 57 cm  
Sitzwinkel:               0°  
Sitzhöhe:                45 cm bis 75 cm  
Sitzhub:                 30 cm  
Rückenhöhe:             47 cm bis 67 cm  
Rückenwinkel:         120° manuell  
                              150° und 180° elektrisch  
Gesamtbreite:           61 cm bis 79 cm  
Leergewicht:            175 kg bis 180 kg  
Zul. Nutzergewicht:    150 kg  
Bereifung hinten:      210 x 65 mm  
Bereifung mittig:      -  
Bereifung vorne:       3.00 x 8  
Batterien:               2 Stück 12 V, 60 Ah, Gel C20  
Steuerung:               R-NET  
Ladegerät:               Permobil 24V/8A  
Kraftknoten:            ja  
Fahrsitz:                 ja

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

**Positionsnummer:**      18. 51. 05. 1034

**Bezeichnung:**            Sterling S400, 6km/h; Art.-Nr.: 22200001

**Hersteller:**              Sunrise Medical Logistics BV

**Konstruktionsmerkmale:** Elektromobil mit pulverbeschichtetem Stahlrohrrahmen und einer Kunststoffkarosserie mit integrierten Kotflügeln, gefedertem Fahrwerk, vorne mit Einzerradaufhängung, Sitzeinheit höheninstellbar und seitlich schwenkbar, Armlehnen hochschwenkbar, Lenksäule neigungsverstellbar, Hinterradantrieb mittels Elektromotor mit Differentialgetriebe, Ladegerät, Batterien, Rückspiegel und Sicherheitsgurt im Lieferumfang enthalten.

Sitzbreite:                46 cm

Sitztiefe:                 46 cm

Sitzhöhe:                45 cm bis 50 cm einstellbar

Sitzwinkel:              6°

Rückenhöhe:            52,5 cm

Rückenwinkel:         90° (einstellbar 80° bis 130°, in 2°-Schritten)

Gesamtbreite:         64,5 cm

Gesamtlänge:         134,5 cm

Leergewicht:            145 kg

zul. Nutzergewicht:    136 kg

Bereifung hinten:      3.00-4 Luftbereifung

Bereifung vorne:      3.00-4 Luftbereifung

Batterien:               2 Stück 12 V, 45 Ah (20 h) Gel

Reichweite:             ca. 36 km

Geschwindigkeit:     6 km/h

Anwendungsklasse:    B

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      19 Krankenpflegeartikel

**Positionsnummer:**      19. 40. 05. 5039

**Bezeichnung:**              Krankenunterlage 6-lagig, 60x90 cm; Art.-Nr.: 81 42 377

**Hersteller:**                Hecatec GmbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 0,60 x 0,90 m

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      19 Krankenpflegeartikel

**Positionsnummer:**      19. 40. 05. 5040

**Bezeichnung:**              Krankenunterlage 12-lagig, 60x90 cm; Art.-Nr.: 81 42 469

**Hersteller:**                Hecatec GmbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 0,60 x 0,90 m



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      19 Krankenpflegeartikel

**Positionsnummer:**      19. 40. 05. 5041

**Bezeichnung:**              Krankenunterlage 20-lagig, 60x90 cm; Art.-Nr.: 81 42 506

**Hersteller:**                Hecatec GmbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 0,60 x 0,90 m

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      19 Krankenpflegeartikel

**Positionsnummer:**      19. 40. 05. 5059

**Bezeichnung:**      Krankenunterlage 8-lagig, 60x90 cm; Art.-Nr.: 81 43 619

**Hersteller:**      Hecatec GmbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 60 x 90 cm.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer:      19. 40. 05. 5067

Bezeichnung:            ni cht besetzt

Hersteller:             ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe      19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer:      19. 40. 05. 5068

Bezeichnung:            ni cht besetzt

Hersteller:              ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 04. 03. 0061

**Bezeichnung:**      Genumedi pro, Art. -Nr. K12wxyz

**Hersteller:**      medi GmbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Elastische Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen aus Aluminium, zwei zirkulären Klettgurten am Ober- und Unterschenkel, mit Patellaring, in sieben Größen von 25/37 cm bis 43/58 cm (D/F - Maß).

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 04. 05. 0012

**Bezeichnung:**      Genumedi PT, Standard und extraweit, Art.-Nrn. K14wxyz,

**Hersteller:**      medi GmbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Orthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges als Kniekompressions-bandage, mit seitlichen Spiralfedern, Druckpolster um die Knie scheibe, mit Verstellmöglichkeit durch Zuggurt mit Klettverschluss, in sieben Größen von 37 cm bis 61 cm Oberschenkelumfang.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 06. 01. 0042

**Bezeichnung:**            n-Walker Air Plus, Art. -Nr. 0230067xx

**Hersteller:**              ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position, bestehend aus einem textilen, gepolsterten Innenschuh und einem festen, verstärkten Kunststoffrahmen, mit individuell aufblasbaren Luftkissen, drei zirkulären Klettverschlüssen am Unterschenkel und zwei weiteren Klettgurten am Fuß, abgerundete Laufsohle, in vier Größen von Schuhgrößen 36 bis 48.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 06. 01. 0043

**Bezeichnung:**            n-Walker Air Plus kurz, Art.-Nr. 0230K67xx

**Hersteller:**              ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position,  
kurze Version, bestehend aus einem textilen, gepolsterten Innenschuh und einem festen, verstärkten Kunststoffrahmen, mit individuell aufblasbaren Luftkissen, einem zirkulären Klettverschluss am Unterschenkel und zwei weiteren Klettgurten am Fuß, abgerundete Laufsohle, in vier Größen von Schuhgrößen 36 bis 48.



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 06. 02. 0008

**Bezeichnung:**            n-Walker R. O. M, Art. -Nr. 301Q18=xx

**Hersteller:**              ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Unterschenkel-Fußorthese mit einstellbaren Knöchelgelenken zur Immobilisierung, bestehend aus einer starren Fußschale aus Kunststoff, die die Fußunterseite erfasst, einem textilen, gepolsterten Innenschuh und zwei an den Seiten angebrachten Metallschienen, die mit einstellbaren Knöchelgelenken versehen sind. Das Knöchelgelenksystem erlaubt eine völlige Sperrung der Gelenke und kann limitiert freigegeben werden. Die Einstellung ist in 10°-Schritten möglich von 45° Plantar- und 30° Dorsalflexion. Die Fixierung an Bein und Fuß erfolgt über vier Klettverschlüsse. Größen von 36 bis 38, 39 bis 42, 43 bis 45 und 46 bis 48 Schuhgrößen.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -  
Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016  
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 08. 04. 0028

**Bezeichnung:**      Dynamics Plus Epicondylitisbandage, Art.-Nr. 44 6071

**Hersteller:**      Ofa Bamberg GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Elastische Kompressionsorthese mit separat anzubringender, großer Gelkissenpelotte und zusätzlichem, zirkulärem, festen Klettgurt, in fünf Größen von 21,5 cm bis 32,5 cm Unterarmumfang.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 11. August 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. August 2016**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      23 Orthesen/Schienen

**Positionsnummer:**      23. 09. 01. 2006

**Bezeichnung:**      ADVAG0shoul der, Art. -Nrn.    ADSD-02-1-M-LI/-RE, ADSD-02-1-L-LI/-RE, ADSD-02-1-XL-LI/-RE

**Hersteller:**      OPED GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Schultergelenkorthese zur Immobilisierung mit der Einstellbarkeit in Abduktion von 0° bis 60° (in 0,5 cm Schritten) und bei der Innen- bzw. Außenrotation in 0°, 10°, 20° und 30°, bestehend aus einer gepolsterten Unterarm-/Handauflage mit Fixierung für den Unter- und Oberarm, gepolsterten Anlageplatte am Körper und gepolsterten Fixiergurten im Hüftbereich und über den gegenüberliegenden Schulterbereich, in drei Größen.