
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 01. 3032

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0002

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Polytech GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 05. 11. 04. 1002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0003

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Anita Dr. Helbig GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 05. 11. 04. 1011

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0010

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Anita Dr. Helbig GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 05. 11. 04. 1012

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0011

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Anita Dr. Helbig GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 05. 11. 04. 1013

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0020

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Anita Dr. Helbig GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 05. 11. 04. 1014

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0004

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Anita Dr. Helbig GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 05. 11. 04. 2002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0006

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 05. 11. 04. 2001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0007

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Thuasne Deutschland GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 05. 11. 04. 1015

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0008

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Thuasne Deutschland GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 05. 11. 04. 1016

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0009

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Thuasne Deutschland GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 05. 11. 04. 1017

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0013

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: ABC Brace Care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 05. 11. 04. 1004

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0015

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: TYTEX A/S

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 05. 11. 04. 1005

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0018

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: TYTEX A/S

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 05. 11. 04. 1006

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0019

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: TYTEX A/S

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 05. 11. 04. 1007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0021

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: TYTEX A/S

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 05. 11. 04. 1008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0023

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: TYTEX A/S

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 05. 11. 04. 1009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0024

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: TYTEX A/S

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 05. 11. 04. 1010

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0022

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 05. 11. 04. 1003

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 08 Einlagen

Positionsnummer: 08. 03. 06. 0009

Bezeichnung: BORT Si li kon-Fersenspornpolster mit SoftSpot; Art.-Nr.: 930 070

Hersteller: BORT GmbH

Konstruktionsmerkmale: Schal enförmiges Fersenki ssen aus Spezi al-Kautschuk mit SoftSpot.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 22. 0495

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Starkey Hearing Technologies, Inc.

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 13. 20. 10. 0593

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 22. 0496

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Starkey Hearing Technologies, Inc.

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 13. 20. 10. 0594

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 22. 0497

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Starkey Hearing Technologies, Inc.

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 13. 20. 10. 0595

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 22. 0498

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Starkey Hearing Technologies, Inc.

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 13. 20. 10. 0596

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 22. 0499

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Starkey Hearing Technologies, Inc.

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 13. 20. 10. 0597

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 04. 0039

Bezeichnung: Oxymat 3 mit Dosiermonitor für Erwachsene, Art. Nr. WM13010

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH

Konstruktionsmerkmale:

Gerätetyp:	Sauerstoffkonzentrator für stationären Einsatz
Transporthilfen:	4 Rollen und Tragegriff
Fluß bis:	0,5 l/min - 5,5 l/min
Einstellung:	stufenlos, mit Flowmeter
O2-Konzentration:	bis 3 l/min 92 %, bis 5 l/min 90%
Leistungsaufnahme:	ca. 360 W
Betriebsgeräusch:	ca. 44 dB(A)
Gewicht:	ca. 19,5 kg
Wartung:	alle 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung, Art. Nr. WM 13001 2. Dosiermonitor inkl. Anfeuchter, Art. Nr. 13650 3. Verbindungsschlauch 10 m, Art. Nr. WM 13015
Sonstiges:	integrierte kontinuierliche O2-Konzentrationsmessung/-überwachung
Produkt Baugleich mit Pos. Nr. 14. 24. 04. 0041	
Produkt wird nicht mehr hergestellt.	

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte																						
Positionsnummer:	14. 24. 05. 4008																						
Bezeichnung:	Oxytron 3 Grundgerät, Art.-Nr. WM 7210																						
Hersteller:	Weinmann Geräte für Medizin GmbH																						
Konstruktionsmerkmale:	<table><tr><td>Gerätetyp:</td><td>Elektronisches Sparsystem für Druckgas-/Flüssiggassysteme</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>330 g incl. Akku</td></tr><tr><td>Größe (H x B x T):</td><td>136 mm x 75 mm x 45 mm</td></tr><tr><td>Energieversorgung:</td><td>spezielles Akkupak, Art.-Nr. WM 7295</td></tr><tr><td>Leistung (Flow):</td><td>10 mm pro Atemzug bis 70 mm pro Atemzug entsprechend 1 l/min bis 7 l/min</td></tr><tr><td>Triggerung:</td><td>bei jedem Atemzug, max. 45 pro Minute</td></tr><tr><td>Eingangsdruk:</td><td>1,5 bar +/- 0,15 bar</td></tr><tr><td>Eingangsflow:</td><td>12 l/min +/- 2 l/min</td></tr><tr><td>Alar me:</td><td>fehlende Atmung, Spannungsüberwachung, Sauerstoffmenge</td></tr><tr><td>Kompatibilität:</td><td>alle Druckminderer mit o.g. Mindestparameter</td></tr><tr><td>Lieferumfang:</td><td>1. Elektronisches Sparsystem, Art.-Nr. WM 7200 2. Akkupak, Art.-Nr. WM 7255 3. Netzladegerät, Art.-Nr. WM 7295 4. Spiralschlauch, komplett, Art.-Nr. WM 7285 5. Dauerflowadapter, Art.-Nr. WM 7263 6. Bedienungsanleitung</td></tr></table>	Gerätetyp:	Elektronisches Sparsystem für Druckgas-/Flüssiggassysteme	Gewicht:	330 g incl. Akku	Größe (H x B x T):	136 mm x 75 mm x 45 mm	Energieversorgung:	spezielles Akkupak, Art.-Nr. WM 7295	Leistung (Flow):	10 mm pro Atemzug bis 70 mm pro Atemzug entsprechend 1 l/min bis 7 l/min	Triggerung:	bei jedem Atemzug, max. 45 pro Minute	Eingangsdruk:	1,5 bar +/- 0,15 bar	Eingangsflow:	12 l/min +/- 2 l/min	Alar me:	fehlende Atmung, Spannungsüberwachung, Sauerstoffmenge	Kompatibilität:	alle Druckminderer mit o.g. Mindestparameter	Lieferumfang:	1. Elektronisches Sparsystem, Art.-Nr. WM 7200 2. Akkupak, Art.-Nr. WM 7255 3. Netzladegerät, Art.-Nr. WM 7295 4. Spiralschlauch, komplett, Art.-Nr. WM 7285 5. Dauerflowadapter, Art.-Nr. WM 7263 6. Bedienungsanleitung
Gerätetyp:	Elektronisches Sparsystem für Druckgas-/Flüssiggassysteme																						
Gewicht:	330 g incl. Akku																						
Größe (H x B x T):	136 mm x 75 mm x 45 mm																						
Energieversorgung:	spezielles Akkupak, Art.-Nr. WM 7295																						
Leistung (Flow):	10 mm pro Atemzug bis 70 mm pro Atemzug entsprechend 1 l/min bis 7 l/min																						
Triggerung:	bei jedem Atemzug, max. 45 pro Minute																						
Eingangsdruk:	1,5 bar +/- 0,15 bar																						
Eingangsflow:	12 l/min +/- 2 l/min																						
Alar me:	fehlende Atmung, Spannungsüberwachung, Sauerstoffmenge																						
Kompatibilität:	alle Druckminderer mit o.g. Mindestparameter																						
Lieferumfang:	1. Elektronisches Sparsystem, Art.-Nr. WM 7200 2. Akkupak, Art.-Nr. WM 7255 3. Netzladegerät, Art.-Nr. WM 7295 4. Spiralschlauch, komplett, Art.-Nr. WM 7285 5. Dauerflowadapter, Art.-Nr. WM 7263 6. Bedienungsanleitung																						

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 05. 8002

Bezeichnung: Cypress WM 9200

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH

Konstruktionsmerkmale: Das Cypress ist ein pneumatisch angetriebenes Sauerstoffsparventil mit integriertem Druckminderer für Sauerstoffdruckgasflaschen. Das ca. 540g schwere und ca. Handteller große Gerät wird direkt an die Gasflasche angeschlossen und über einen Drehregler läßt sich die abgegebene Sauerstoffmenge als Äquivalent zwischen 1 l/min bis 6 l/min und kontinuierlicher Fluß leicht und sicher einstellen. Die Verbindung zwischen Patient und Gerät erfolgt mit einer herkömmlichen Kanüle.

Funktionsprinzip:

Der aus der Gasflasche austretende Sauerstoff wird auf einen konstanten Druck herabgeregelt. Beim Ausatmen erfolgt keine Sauerstoffabgabe durch das Gerät und das Reservoir wird auf einen Füllstand aufgefüllt, der durch die eingestellte Durchflussmenge vorgegeben ist. Mit Beginn des Einatmens wird durch geringes Ansaugen an der Nase ein Ventil geöffnet. Ein zeitgesteuerter Sauerstoffstoß wird vom Reservoir an den Patienten geliefert. Die Zeitvorgabe ist so gestaltet, dass das eingeatmete Gas bis in die Lungen vordringen kann. Durch die voreingestellten Durchflussmengen kann eine Erhöhung der Nutzungsdauer einer Sauerstoffflasche zwischen 3- und 5-fach erreicht werden. Eine besondere Wartung ist nicht erforderlich. Die Reinigung und Handhabung des Gerätes ist einfach und für den Laien sicher durchführbar.
Geändert am: 15.08.2007

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 10. 0012

Bezeichnung: VENTI motion BiLevel-ST, Art.-Nr. WM 24800

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: BiLevel-Gerät zur nichtinvasiven Be-
atmung bei respiratorischer Insuffi-
zienz
Betriebsart: CPAP, S, ST, T, SX, SXX
Einatemdruck (IPAP): 4 hPa bis 35 hPa (IPAP) sowie
4 hPa bis 20 hPa (EPAP)
Atemfrequenzbereich: 6 bis 45 l/min
Atemdruckanzeige: digital
Betriebsgeräusch: ca. 25 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung: 115 bis 230 V; 50 bis 60 Hz
Wartung: alle 2 Jahre oder 5000 Betriebsstun-
den
Lieferumfang: 1. Grundgerät, Art.-Nr. WM24810 incl.
Netzanschlussleitung und Bedie-
nungsanleitung
2. Schlauchsystem, desinfizierbar,
Art.-Nr. WM24130
3. Trocknungsadapter und Transport-
tasche
4. Grob- und Feinersatzfilter
Eintrag am: 15. 12. 2007
Alte Pos.-Nr.: 14. 24. 09. 1032
Produkt wird nicht mehr hergestellt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 10. 3003

Bezeichnung: VENTI motion mit VENTIconclick BiLevel-ST, Art.-Nr. WM 24570

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: BiLevel-Gerät zur nichtinvasiven Beatmung bei respiratorischer Insuffizienz mit integriertem Warmluftbefeuchter

Betriebsart: CPAP, S, ST, T, SX, SXX

Einatemdruck (IPAP): 4 hPa bis 35 hPa (IPAP) sowie 4 hPa bis 20 hPa (EPAP)

Atemfrequenzbereich: 6 bis 45 l/min

Atemdruckanzeige: digital

Betriebsgeräusch: ca. 25 dB(A) bei 10 hPa

Betriebsspannung: 115 bis 230 V; 50 bis 60 Hz

Wartung: alle 2 Jahre oder 5000 Betriebsstunden

Lieferumfang:

1. Grundgerät, Art.-Nr. WM24810 incl. Netzanschlussleitung und Bedienungsanleitung
2. Schlauchsystem, desinfizierbar, Art.-Nr. WM24130
3. Trocknungsadapter und Transporttasche
4. Grob- und Feinersatzfilter
5. Einmal VENTIconclick Atemluftanfeuchter, Art.-Nr. WM24365

Eintrag am: 15. 12. 2007

Alte Pos.-Nr.: 14. 24. 09. 1031

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 11. 0006

Bezeichnung: VENTILlogi c, Art. -Nr. WM 27000

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz mit TA-Funktion. Hierbei wird der Patient mit einem kontrollierten Modus beatmet, wobei sich das Gerät eigenständig an das Beatmungsmuster des Patienten anpasst.

 Betriebsarten: TA, S, ST, T, SX, SXX, CPAP

 Einatemdruck: iPAP 6 - 35 HPa

 Ausatemdruck: (EPAP) 4 - 20 HPA

 Beatmungsfrequenz: 6 bis 45 1/min, Verhältnis I:E: 20 % bis 67 % der Atemperiode in 1 %-Schritten einstellbar

 Beatmungsdruckanzeige: digital

 Betriebsgeräusch: ca. 25 dB(A) bei 10 hPa

 Betriebsspannung: 115/230 V, 50 bis 60 Hz

 Leistungsaufnahme: ca. 50 W

 Größe: 23 x 12,5 x 34 cm

 Gewicht: ca. 4,5 kg

 Wartung: 24 Monate oder nach 5000 Betriebsstunden

 Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Netzanschlussleitung, Bedienungsanleitung
 2. Schlauchsystem

Eintrag am: 15. 12. 2007
Alte Pos. -Nr. : 14. 24. 09. 1038

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 11. 3002

Bezeichnung: VENTIlogic mit VENTIClick, Art.-Nr. WM 27020

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: Beatmungsgerät mit integriertem Be-
feuchter zur intermittierenden
Therapie im häuslichen Einsatz mit
TA-Funktion. Hierbei wird der Pa-
tient mit einem kontrollierten Modus
beatmet, wobei sich das Gerät eigen-
ständig an das Beatmungsmuster des
Patienten anpasst.

 Betriebsarten: TA, S, ST, T, SX, SXX, CPAP

 Einatemdruck: iPAP 6 - 35 hPa

 Ausatemdruck: (EPAP) 4 - 20 hPa

 Beatmungsfrequenz: 6 bis 45 1/min, Verhältnis I:E: 20 %
bis 67 % der Atemperiode in 1 %-
Schritten einstellbar

 Beatmungsdruckanzeige: digital

 Betriebsgeräusch: ca. 25 dB(A) bei 10 hPa

 Betriebsspannung: 115/230 V, 50 bis 60 Hz

 Leistungsaufnahme: ca. 100 W

 Größe: 23 x 12,5 x 34 cm

 Gewicht: ca. 5 kg

 Wartung: 24 Monate oder nach 5000 Betriebs-
stunden

 Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Netzanschlusslei-
tung, Bedienungsanleitung
2. Schlauchsystem

Eintrag am: 15. 12. 2007
Alte Pos. -Nr. : 14. 24. 09. 1039

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 11. 3002

Bezeichnung: VENTIlogic mit VENTIclick, Art.-Nr. WM 27020

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: Beatmungsgerät mit integriertem Be-
feuchter zur intermittierenden
Therapie im häuslichen Einsatz mit
TA-Funktion. Hierbei wird der Pa-
tient mit einem kontrollierten Modus
beatmet, wobei sich das Gerät eigen-
ständig an das Beatmungsmuster des
Patienten anpasst.

 Betriebsarten: TA, S, ST, T, SX, SXX, CPAP

 Einatemdruck: iPAP 6 - 35 HPa

 Ausatemdruck: (EPAP) 4 - 20 HPA

 Beatmungsfrequenz: 6 bis 45 1/min, Verhältnis I:E: 20 %
bis 67 % der Atemperiode in 1 %-
Schritten einstellbar

 Beatmungsdruckanzeige: digital

 Betriebsgeräusch: ca. 25 dB(A) bei 10 hPa

 Betriebsspannung: 115/230 V, 50 bis 60 Hz

 Leistungsaufnahme: ca. 100 W

 Größe: 23 x 12,5 x 34 cm

 Gewicht: ca. 5 kg

 Wartung: 24 Monate oder nach 5000 Betriebs-
stunden

 Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Netzanschlusslei-
tung, Bedienungsanleitung
 2. Schlauchsystem

 Eintrag am: 15. 12. 2007

 Alte Pos. -Nr. : 14. 24. 09. 1039

 Produkt wird nicht mehr hergestellt.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 12. 0005

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Produkt wird nicht mehr hergestellt / vertrieben.
Eintrag am: 15. 12. 2007
Alte Pos. -Nr. : 14. 24. 09. 0002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 12. 0009

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Fritz Stephan GmbH Medizintechnik

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für
den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich: 0 hPa bis 60 hPa
Beatmungsflowbereich: 4 l/min bis 14 l/min
Triggerschwellenbereich: - 0,25 hPa bis -20 hPa
Beatmungsdruckanzeige: bargraf
Steuerprinzip: zeitgesteuert, volumenkonstant
Gewicht: 11 kg
Stromversorgung: Netz, 12 V Gleichspannung, integr.
Akku für 60 min Betrieb
Lieferumfang: Grundgerät (Art.-Nr. 045-61-000)
ohne Zubehör
Sonstiges: - Batterie-Anschlußkabel
- div. Filter
- Feuchtigkeitstauscher
- Monitoring mit Fehleranzeige in
Klartext

Eintrag am: 15. 12. 2007

Eigentlicher Hersteller: BioMS, Frankreich

Optionen: beheizbarer Atemgasanfeuchter, externer Akkusatz, externe
Sauerstoffzumi schung

Alte Pos.-Nr.: 14. 24. 07. 0007

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 12. 0023

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Ai rox

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 14. 24. 12. 2001

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 16. 2054

Bezeichnung: Easy Fit Lite Nasenmaske, Art.-Nrn. DV97415, DV97425, DV97435

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung, inkl. Kopfband. Das Maskensystem ist für erwachsene Patienten mit einem Körpergewicht größer 30 kg vorgesehen.

Art. -Nr. : DV97415 DV97425 DV97435

Größe: Small Medium Large

Druckbereich: 4 bis 30 cm H₂O

Totraumvolumen: 96 ml 112 ml 120 ml

Widerstand: 0,02 cm H₂O bei 50l/min

0,11 cm H₂O bei 100l/min

Schalldruck-
pegel: 27 db(A) (bei 10 cm H₂O)

Lieferumfang: 1. Maskenrahmen
2. Maskenpolster
3. Verbindungsschlauch und Drehadapter
4. Kopfband komplett
5. Gebrauchsanweisung

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 20. 0031

Bezeichnung: SOMN0soft+, Art.-Nr. WM24600

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige: digital
Betriebsgeräusch: ca. 26 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht: ca. 3,4 kg
Energieversorgung: 115 bis 230 V / 50 bis 60 Hz oder
12 / 24 V DC
Leistungsaufnahme: ca. 23 W
Wartung: alle 2 Jahre bzw. 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Netzkabel und Bedienungsanleitung (WM 24615)
2. Schlauchsystem (WM 24130)
3. Trocknungsadapter (WM 24203)
4. Transporttasche
5. Fein- und Grobstaubfilter

Besonderheiten:

Während der Ausatmung kann der CPAP-Druck im sog. Soft-PAP-Modus in zwei Stufen abgesenkt werden. Zu Beginn der nächsten Inspiration wird der Druck wieder auf den Therapiewert angehoben. Treten während des Schlafens Apnoen oder valide Flusslimitationen auf, wird für den entsprechenden Zeitraum automatisch der Soft-PAP-Modus deaktiviert.

Eintrag am: 15. 12. 2007

Alte Pos. -Nr. : 14. 24. 07. 0061

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 20. 0034

Bezeichnung: SOMNOcomfort 2, Art.-Nrn. WM 24400 und WM 24465

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige: digital
Betriebsgeräusch: ca. 27 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht: ca. 1,7 kg
Energieversorgung: 15 bis 230 V AC, 50 - 60 Hz oder
12 bis 24 V DC (- 15 + 25 %)
Wartung: alle 5000 Betriebsstunden oder alle
zwei Jahre
Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel, Netzteil
und Bedienungsanleitung
2. Patientenschlauchsystem WM 24445
incl. Reinigungsstopfen
3. Transporttasche
Eintrag am: 15. 12. 2007
Alte Pos.-Nr.: 14. 24. 07. 0064

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 20. 0039

Bezeichnung: CPAP 20, Art. -Nrn. WM 27300 / 27305

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige: digital
Betriebsgeräusch: < 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht: ca. 1,25 kg
Energieversorgung: 115 bis 230 V AC, 50 - 60 Hz
Wartung: alle 5000 Betriebsstunden oder alle
zwei Jahre
Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Netzteil
 2. Flexibler Atemschlauch
 3. Filter
 4. (nur wenn Version WM 27305) Trans-
porttasche

Eintrag am: 15. 12. 2007

Alte Pos. -Nr. : 14. 24. 07. 0069

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 20. 1017

Bezeichnung: SOMNOsoft+ mit SOMNOclick 300, Art.-Nr. WM24675

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: nCPAP-Gerät mit integriertem Anfeuchter

Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 18,0 hPa

Beatmungsdruckanzeige: digital

Betriebsgeräusch: ca. 26 dB(A) bei 10 hPa

Gewicht: ca. 3,6 kg

Energieversorgung: 115 bis 230 V / 50 bis 60 Hz oder
12 / 24 V DC

Leistungsaufnahme: ca. 46 W

Wartung: alle 2 Jahre bzw. 5000 Betriebsstunden

Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Netzkabel und Bedienungsanleitung (WM 24615)
2. Schlauchsystem (WM 24130)
3. Trocknungsadapter (WM 24203)
4. Transporttasche
5. Fein- und Grobstaubfilter
6. SOMNOclick 300-Grundgerät WM 24372

Besonderheiten:

Während der Ausatmung kann der CPAP-Druck im sog. Soft-PAP-Modus in zwei Stufen abgesenkt werden. Zu Beginn der nächsten Inspiration wird der Druck wieder auf den Therapiewert angehoben. Treten während des Schlafens Apnoen oder valide Flusslimitationen auf, wird für den entsprechenden Zeitraum automatisch der Soft-PAP-Modus deaktiviert.

Eintrag am: 15. 12. 2007

Alte Pos.-Nr.: 14. 24. 07. 2013

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 20. 1019

Bezeichnung: SOMNOcomfort 2 mit SOMNOaqua, Art.-Nrn. WM 24450 und WM 24420

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: nCPAP-Gerät mit integriertem Anfeuchter
Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige: digital
Betriebsgeräusch: ca. 27 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht: ca. 1,9 kg
Energieversorgung: 15 bis 230 V AC, 50 - 60 Hz oder
12 bis 24 V DC (- 15 + 25 %)
Wartung: alle 5000 Betriebsstunden oder alle
zwei Jahre
Lieferumfang: 1. SOMNOaqua Grundgerät WM 24403 mit
Netz Kabel, Netzteil und Bedienungsanleitung
2. Patientenschlauchsystem WM 24445
incl. Reinigungsstopfen
3. Transporttasche

Eintrag am: 15. 12. 2007

Alte Pos.-Nr.: 14. 24. 07. 2015

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 21. 1012

Bezeichnung: SOMNOsmart 2 mit Somnoclick 300, Art.-Nr. WM 24975

Hersteller: Weinmann Geräte für Medizin GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: nCPAP-Gerät mit automatischer Druck-
einstellung und integrierten
Wärmeluftanfeuchter
Beatmungsdruckbereich: 4,0 bis 18,0 hPa in 0,1 hPa-Schritten
einstellbar
Beatmungsdruckanzeige: digital
Betriebsgeräusch: max. 28 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht: ca. 3,8 kg
Energieversorgung: 115 V - 230 V, 50 - 60 Hz
12 V oder 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme: k. A.
Wartung: alle zwei Jahre
Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und
Bedienungsanleitung
2. Patientenschlauchsysteme
3. integrierter Befeuchter Somnoclick
Sonstiges: SOMNOsmart 2 ab Softwareversion 6.0
bzw. generell ab Gerätenummer 10.000:
Der softPAP-Modus erhöht den Patienten-
tencomfort durch eine kurzzeitige
Druckabsenkung beim Wechsel von der
Inspiration in die Expiration.

Eintrag am: 15.02.2008

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 22. 0007

Bezeichnung: SOMNOvent S Art.-Nr. WM 24500

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale:

Gerätetyp:	Bi Level -Gerät
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 20 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 25 dB(A)
Gewicht:	ca. 4 kg
Leistungsaufnahme:	ca. 25 W
Wartung:	alle 5000 Betriebsstunden / 2 Jahre
Lieferumfang:	- Grundgerät WM 24110 - Schlauchsystem WM 24130 - Trocknungsadapter - Transportnetz - Anschlußleitung - Ersatzfilter
Sonstiges:	Einschlafhilfe 30 min zuschaltbar

Eintrag am: 15. 12. 2007
Alte Pos.-Nr.: 14. 24. 07. 1021

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 24. 0014

Bezeichnung: Bi Level ST 22, Art. -Nr. WM 27500

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: Beatmungsgerät zur intermittierenden
Therapie im häuslichen Einsatz
Betriebsarten: S, T, ST, CPAP
Einatemdruck: iPAP 6 - 22 HPa
Ausatemdruck: (EPAP) 4 - 20 HPa
Beatmungsfrequenz: 6 bis 45 1/min, Verhältnis I:E: 20 %
bis 67 % der Atemperiode in 1 %-
Schritten einstellbar
Beatmungsdruckanzeige: digital
Betriebsgeräusch: ca. 26 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung: 115/230 V, 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 100 W
Größe: 23 x 12 x 28 cm
Gewicht: ca. 3,7 kg
Wartung: 24 Monate oder nach 5000 Betriebs-
stunden
Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Netzanschlusslei-
tung, Bedienungsanleitung
2. Schlauchsystem
Eintrag am: 15. 04. 2007
Eintrag am: 15. 12. 2007
Alte Pos. -Nr.: 14. 24. 09. 1041

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 24. 1008

Bezeichnung: BiLevel ST 22 mit Befeuchter VENTIClick, Art.-Nr. WM 27520

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: Beatmungsgerät mit integriertem Befeuchter zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Betriebsarten: S, T, ST, CPAP
Einatemdruck: iPAP 6 - 22 hPa
Ausatemdruck: (EPAP) 4 - 20 hPa
Beatmungsfrequenz: 6 bis 45 1/min, Verhältnis I:E: 20 % bis 67 % der Atemperiode in 1 %-Schritten einstellbar
Beatmungsdruckanzeige: digital
Betriebsgeräusch: ca. 26 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung: 115/230 V, 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 110 W
Größe: 23 x 12 x 39,5 cm
Gewicht: ca. 4 kg
Wartung: 24 Monate oder nach 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Netzanschlussleitung, Bedienungsanleitung
 2. Befeuchtereinheit
 3. Schlauchsystem
Eintrag am: 15. 04. 2007
Eintrag am: 15. 12. 2007
Alte Pos. -Nr. : 14. 24. 09. 1040

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 24. 1010

Bezeichnung: SOMNOvent ST mit SOMNOclick 300, Art.-Nr. WM 24706

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: Beatmungsgerät zur intermittierenden
Therapie im häuslichen Einsatz mit
integriertem Atemluftbefeuchter

Beatmungsdruckbereich: IPAP 4 hPa bis 20 hPa
EPAP 4 hPa bis 18 hPa

Beatmungsfrequenz: 5 l/min bis 45 l/min

I:E-Verhältnis: 25 % bis 67 % per Atemperiode

Betriebsart: CPAP, BiLevel S, BiLevel ST,
BiLevel T

Besonderheiten: Softstart in CPAP und BiLevel S-Modus
Druckanstiegsgeschwindigkeit ein-
stellbar in drei Stufen, Trigger-
schwelle einstellbar in fünf Stufen

Betriebslautstärke: 26 dB(A) bei 10 mbar

Wartung: alle 2 Jahre bzw. 5000 Betriebsstun-
den

Netzspannung: 230 V 50 Hz bzw. DC 24 V, 12 V

Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Be-
dienungsanleitung, Art.-Nr.
WM 24710
2. Schlauchsystem, Art.-Nr. WM 24130
3. Trocknungsadapter, Art.-Nr.
WM 24203
4. Transporttasche
5. Ersatzfilterset
6. SOMNOclick Grundgerät, Art.-Nr.
WM 24185

Eintrag am: 15.02.2008

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 25. 0002

Bezeichnung: SOMNOvent CR, Art.-Nr. WM 24720

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: Automatisch regelndes CS-Therapiegerät zur Behandlung von periodischen, schlafbezogenen Atmungsstörungen wie Cheyne-Stokes-Atmung bei Herzinsuffizienzen und gemischtem Schlafapnoesyndrom ab einem Lebensalter von 12 Jahren. Das Gerät adaptiert die Ventilation automatisch und fortlaufend an die sich ändernden Bedürfnisse der jeweiligen Patienten. In Abhängigkeit der erkannten Ereignisse werden die Drücke während der Inspiration zu Beginn der Expiration und am Ende der Expiration automatisch an den aktuellen Bedarf des Patienten angepasst. Das Gerät verfügt über eine umfangreiche Speichermöglichkeit für Daten zur Therapie, Kontrolle und Einstellung. Zum leichteren Einschlafen ist eine Softstartautomatik einschaltbar, ebenso eine Ein-/Ausschaltautomatik.

Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 20,0 hPa

Beatmungsdruckanzeige: digital

Betriebsgeräusch: < 30 hPa bei 10 hPa

Abmessungen (LxBxH): 18 cm x 9 cm x 32 cm

Gewicht: ca. 3,4 kg

Energieversorgung: 115/32 V AC / 50 bis 60 Hz oder
12/24 V DC

Leistungsaufnahme: k. A.

Wartung: keine feste Vorgabe; eine halbjährliche Funktionskontrolle ist durch den Patienten durchzuführen. Ggf. ist davon in Abhängigkeit eine Wartung durchzuführen.

Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Netzteil und Bedienungsanleitung
2. Patientenschlauchsystem

Eintrag am: 15. 07. 2007

Produkt wird nicht mehr hergestellt.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 25. 1002

Bezeichnung: SOMNOvent CR mit SOMNOclick 300, Art.-Nr. WM 24785

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Gerätetyp: Automatisch regelndes CS-Therapiegerät zur Behandlung von periodischen, schlafbezogenen Atmungsstörungen wie Cheyne-Stokes-Atmung bei Herzinsuffizienzen und gemischtem Schlafapnoesyndrom ab einem Lebensalter von 12 Jahren. Das Gerät adaptiert die Ventilation automatisch und fortlaufend an die sich ändernden Bedürfnisse der jeweiligen Patienten. In Abhängigkeit der erkannten Ereignisse werden die Drücke während der Inspiration zu Beginn der Expiration und am Ende der Expiration automatisch an den aktuellen Bedarf des Patienten angepasst. Das Gerät verfügt über eine umfangreiche Speichermöglichkeit für Daten zur Therapie, Kontrolle und Einstellung. Zum leichteren Einschlafen ist eine Softstartautomatik einschaltbar, ebenso eine Ein-/Ausschaltautomatik. Ein Befeuchter ist integriert.

Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 20,0 hPa

Beatmungsdruckanzeige: digital

Betriebsgeräusch: < 30 hPa bei 10 hPa

Abmessungen (LxBxH): 18 cm x 9 cm x 44 cm

Gewicht: ca. 3,6 kg

Energieversorgung: 115/32 V AC / 50 bis 60 Hz oder
12/24 V DC

Leistungsaufnahme: k. A.

Wartung: keine feste Vorgabe; eine halbjährliche Funktionskontrolle ist durch den Patienten durchzuführen. Ggf. ist davon in Abhängigkeit eine Wartung durchzuführen.

Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Netzteil und Bedienungsanleitung
2. Patientenschlauchsystem
3. Befeuchtersystem SOMNOclick 300

Eintrag am: 15.07.2007

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 25. 1002

Bezeichnung: SOMNOvent CR mit SOMNOclick 300, Art. -Nr. WM 24785
Produkt wird nicht mehr hergestellt.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 05. 3089

Bezeichnung: Qufora Beinbeutel 750 ml, mit Q-Flow Schwenkhahn, steril, Art.-Nr. 1236 1502

Hersteller: MBH International A/S

Konstruktionsmerkmale: Urinbettbeutel, Mehrkammersystem, mit Rücklaufsperre, Ablaufventil,
750 ml Volumen, 50 cm Schlauchlänge, Vlies, steril.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 05. 3090

Bezeichnung: Qufora Beinbeutel 500 ml, mit Q-Flow Schwenkhahn, steril, Art.-Nr. 1216 1502

Hersteller: MBH International A/S

Konstruktionsmerkmale: Urinbettbeutel, Mehrkammersystem, mit Rücklauf Sperre, Ablaufventil,
500 ml Volumen, 50 cm Schlauchlänge, Vlies, steril.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 05. 3097

Bezeichnung: Qufora Beinbeutel, steril, Art.-Nr. 1216 1602

Hersteller: MBH International A/S

Konstruktionsmerkmale: Urin-Beinbeutel aus PVC, Dreikammersystem, mit Rückflusssperre und Schwenkhahn, Vliesbeschichtung, 500 ml Volumen, 25 cm Schlauchlänge, steril.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 15. 6101

Bezeichnung: Qufora Silikon-Ballonkatheter, 5-10 ml, 2-Wege, Art.-Nrn. REF 3112 2212 bis
REF 3112 2220

Hersteller: MBH International A/S

Konstruktionsmerkmale: Ballonkatheter für Männer, aus Silikon, zwei Augen, ca. 40 cm lang,
Ballonkapazität 5 bis 10 ml, Durchmesser CH 12 bis CH 26.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 15. 6134

Bezeichnung: Qufora Silikon Ballonkatheter, 20-30 ml, 2-Wege, Art.-Nrn. REF 3212 2214 - REF 3212 2218

Hersteller: MBH International A/S

Konstruktionsmerkmale: Verweilkatheter aus Silikon, Nelatonspitze, Ballon 30 ml, ca. 42 cm lang, CH 14 bis CH 26, steril.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 11. 2020

Bezeichnung: VENOFLEX Elegance Halbschenkelstrumpf, A-F, KKL. III; Art.-Nr.: 20022

Hersteller: Thuasne Deutschland GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, A-F, KKL 3

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 0006

Bezeichnung: El varex Bermudahose nach Maß, Art.-Nr. 73311

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Bermudahose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
KKL 1

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 0013

Bezeichnung: El varex Soft, KKL I, Bermudahose, Art. -Nr. 73170

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Bermudahose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
KKL 1.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 1008

Bezeichnung: El varex Bermudahose nach Maß, Art.-Nr. 73312

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Bermudahose in Maßenfertigung, flachgestrickt,
KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 1016

Bezeichnung: El varex Soft Bermudahose, Art. -Nr. 73171

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressions-Bermudahose in Maßanfertigung, flachgestrickt, KKL 2.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 2008

Bezeichnung: El varex Bermudahose nach Maß, Art.-Nr. 73313

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Bermudahose in Maßenfertigung, flachgestrickt,
KKL 3

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 2009

Bezeichnung: El varex Forte Bermudahose nach Maß, Art.-Nr. 73314

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Bermudahose in Maßenfertigung, flachgestrickt,
KKL 3

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 2016

Bezeichnung: El varex Soft Bermudahose, Art. -Nr. 73317

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressions-Bermudahose in Maßanfertigung, flachgestrickt, KKL 3.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 3006

Bezeichnung: El varex Bermudahose nach Maß, Art.-Nr. 73315

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Bermudahose in Maßenfertigung, flachgestrickt,
KKL 4

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 19. 3007

Bezeichnung: El varex Super Bermudahose nach Maß, Art.-Nr. 73316

Hersteller: BSN- JOBST GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf-Bermudahose in Maßanfertigung, flachgestrickt,
KKL 4

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0026

Bezeichnung: Lastofa Extra C-G, Art. -Nr. 02 2477

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsarmstrumpf in Maßanfertigung, c-g, KKL 1.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 0027

Bezeichnung: Lastofa Extra C-H, Art. -Nr. 02 2476

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsarmstrumpf in Maßanfertigung, c-h, KKL 1.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 2024

Bezeichnung: Lastofa Extra C-G, Art. -Nr. 02 6477

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsarmstrumpf in Maßanfertigung, c-g, KKL 3.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 10. 04. 2025

Bezeichnung: Lastofa Extra C-H, Art. -Nr. 02 6476

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsarmstrumpf in Maßanfertigung, c-h, KKL 3.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 03. 0238

Bezeichnung: MF015 Aktivrollstuhl aus Carbon; Art.-Nr.: MF015

Hersteller: Gigantex Composite Technologies Co., Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Adaptivrollstuhl mit Carbonrohrrahmen, nach vorne klappbarer und winkelverstellbarer Rückenlehne, abnehmbaren Antriebsrädern mit Greifreifen, Antriebsrad- und Schwenkradposition vielfach einstellbar, Justierung von Kippunkt, Radstand, Sitzwinkel, Radsturz und Vorspur möglich, durchgehende Fußstützen, austauschbare Seitenteile.

Sitzbreite:	35 cm - 45 cm
Sitztiefe:	35 cm bis 40 cm (in 2,5 cm Schritten)
Sitzhöhe vorne:	50 cm
Sitzhöhe hinten:	41,5 cm
Sitzwinkel:	ergibt sich aus der Einstellung der Sitzhöhe vorne/hinten
Rückenhöhe:	30 cm, 32 cm oder 38 cm
Rückenwinkel:	+10° bis +15°
Leergewicht:	ab 6,5 kg
zul. Nutzergewicht:	100 kg
Gesamtbreite:	60 cm und 70 cm
Bereifung hinten:	24 x 1 Zoll
Radsturz:	0°, 2°, 4°
Bereifung vorne:	4, 4,5, 5 Zoll
Bremse:	Kniehebelbremse
Kraftknoten:	nein
Fahrsitz:	nein

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 65. 01. 1021

Bezeichnung: Treppensteiger "escalino G1201", Art.-Nr.: 301125

Hersteller: AAT Alber Antriebstechnik GmbH

Konstruktionsmerkmale: Elektrisch betriebene Treppensteighilfe mit integriertem Sitz, mit Batterie und Ladegerät, Bedienung durch eine Begleitperson, Schiebetrieb in der Ebene möglich.

Sitzbreite: 38 cm
Sitztiefe: 38 cm
Max. Stufenhöhe: 21 cm
Mind. Stufentiefe: 12 cm
Zul. Nutzergewicht: 120 kg
Leergewicht: 33,7 kg
Batterie: 2 x 12 V 5 Ah Gel
Eintrag am: 15. 12. 2008
Geändert am: 26. 04. 2017
Geändert am: 04. 02. 2019

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 20 Lagerungshilfen

Positionsnummer: 20. 10. 02. 0001

Bezeichnung: Aparent-Aktiv, Art.-Nrn. 10.001 (links) und 10.002 (rechts)

Hersteller: Albosan AG

Konstruktionsmerkmale: Schaumstoffbezogenes Aluminiumblech mit abnehmbarem Bezug und Reißverschluss. Die Unterseite besteht aus rutschhemmendem Kunstleder, die Oberseite aus weichem Velour. Im Bereich der Handauflage ist ein Klettband angebracht, an dem eine mit Trikot bezogene Halbkugel befestigt werden kann, um die paretische Hand in Funktionsstellung zu lagern. Diese Armauflageplatte kann an einer Armllehne mit zwei Klettverschlüssen befestigt oder auf einem Therapeutisch aufgelegt werden.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. April 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 07. Mai 2019
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 04. 01. 1039

Bezeichnung: SUPROknee 20°, Art. -Nrn. SUKN-02-3-40, -50, -60

Hersteller: OPED Asia-Pacific Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Starre Knieorthese zur Immobilisierung, gebeugt 20°, aus textilem Material mit Schaumstoffpolster, vier Gurte mit Klettverschlüssen, dorsale und laterale Stabilisierungsschienen, in einer Universalgröße und drei unterschiedlichen Längen von 40 cm, 50 cm und 60 cm.