

<p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p>	01A	01B	01C	01D	02A	02B	02C	03A	03B	03C	03D	03E	04A	04B	05A	05B ungültig ab 01.01.2014	05B3	05C	05D	
<p>Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnis nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p>	01.35.01 01.99.01.2 01.99.01.5	01.24.01-04	01.24.05	01.99.01.0-1 01.99.01.3-4	02.40.01-06 02.40.07.0 02.40.07.1 02.40.07.3	02.40.07.2 02.99.01-04	02.99.05	03.36.01.0-1	03.99.01-03	03.36.02-03 03.99.07-10	03.36.01.2	03.99.04-06 03.99.12	04.40.01	04.40.02-05	05.01.01 05.02.01 05.04.01	05.07.01-02 05.08.01 05.09.01-02 05.11.01 05.11.03.0-1 05.11.03.5 05.11.05	05.05.01 05.07.01-02 05.08.01 05.09.01-02 05.11.01 05.11.03.0-1 05.11.03.5 05.11.05	05.11.03.2 05.11.04	05.05.04 unbesetzt	
<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	Milchpumpen	Sekret-Absauggeräte	Hilfsmittel zur Wunddrainage	Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme	Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschfeste Unterlagen Greifhilfen, Hallerungen Umlättergeräte manuell / Blatwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständerhilfen	Umlättergeräte elektrisch Bedienungssensoren	Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte	Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig	Spritzen und Zubehör Pens	Transnasale und perkutane Ernährungs sonden Überleitsysteme Mischsysteme Zubehör	Elektrisch betriebene Spülsysteme	Pumpensysteme	Badewannenlifter	Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, industriell- und individuell-gefertigt	
<p>Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person</p>																				
<p>Anforderungen an den fachlichen Leiter (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p>	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, TMED, TBT, EM, HEB, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	IOTR, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, IMED, BMT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, IMED, BMT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, FS, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, FS, ET, PT, APO, GKA, GQ	OTM, IOTR, OT, OB, FS, ET, PT, APO, GKA, GQ	OTM, IOTR, OT, OB, FS, ET, PT, APO, GKA, GQ	OTM, IOTR, OT, OB, FS, APO, GQ		
<p>Orthopädietechnikermeister/in OTM</p>	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<p>Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehathechnik IOTR</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<p>Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT</p>	x	x	x	x	x			x	x		x		x	x		x	x	x		
<p>Orthobionik B.Sc. OB</p>															x	x	x	x		
<p>Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik IMED</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Milchpumpen	Sekret-Absauggeräte	Hilfsmittel zur Wunddrainage	Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme	Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschfeste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umbblättergeräte manuell / Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständerhilfen	Umbblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren	Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte	Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig	Spritzen und Zubehör Pens	Transnasale und perkutane Ernährungs sonden Überleitsysteme Mischsysteme Zubehör	Elektrisch betriebene Spülsysteme	Pumpensysteme	Badewannenlifter	Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, -industriell- und- individuell- gefertigt
Biomedizinische Technik B.Sc. BMT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Orthopädieschuhmachermeister/-in OTSM															x				
Orthopädieschuhmacher/-in OTS															x				
Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS	x	x	x	x	x			x	x		x		x	x	x	x	x	x	
Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA	x								x										
Physiotherapeut/in PT					x									x	x	x	x		
Ergotherapeut/in ET					x									x	x	x	x		
Podologe/Podologin PD																			
Apotheker/-in APO	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x		
Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS																			
Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik TMED	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Techniker für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Zertifizierte Epithetiker/-in ZE																			
Hebammen/Entbindungspfleger HEB	x																		
Hörgeräteakustikermeister/-in HAM																			
Augenoptikermeister/-in AOM																			
Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO																			
Augenarzt / Augenärztin AA																			
Ocularist/in OC																			
Kunstaugenhersteller/-in KAH																			

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Milchpumpen	Sekret-Absauggeräte	Hilfsmittel zur Wunddrainage	Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme	Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschfeste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umbblättergeräte manuell / Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständerhilfen	Umbblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren	Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte	Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig	Spritzen und Zubehör Pens	Transnasale und perkutane Ernährungs sonden Überleitsysteme Mischsysteme Zubehör	Elektrisch betriebene Spülsysteme	Pumpensysteme	Badewannenlifter	Badewanneninsätze, Duschhilfen Badewanneninsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, -instituten- und- individuell- gefertigt
Friseurmeister/in FM																			
Friseur/in Maskenbildner/in F																			
Gleichwertige Qualifikation GQ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und die Betriebsstätte(n) (Es handelt sich um maßgebliche Änderungen i. S. v. § 2 Absatz 8 der Vereinbarung gemäß § 126 Absatz 1a SGB V über das Verfahren zur Präqualifizierung von Leistungserbringern vom 29. März 2010.)																			
Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Insolvenzfreiheit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Beachtung des Datenschutzes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen																			
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)		x	x	x								x							

Inhalt der Versorgungsteilbereiche <small>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</small>	Milchpumpen	Sekret-Absauggeräte	Hilfsmittel zur Wunddrainage	Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme	Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschfeste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättermittel manuell / Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständerhilfen	Umblättermittel elektrisch Bedienungssensoren	Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte	Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig	Spritzen und Zubehör Pens	Transnasale und perkutane Ernährungs sonden Überleitsysteme Mischsysteme Zubehör	Elektrisch betriebene Spülsysteme	Pumpensysteme	Badewannenlifter	Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, -inrestrahl- und- individuell- gefertigt
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal <small>(Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</small>		x	x	x								x							
Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen <small>(Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</small>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		
Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen <small>(Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)</small>	x	x		x	x	x	x				x	x	x	x					
Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung einer fachgerechten und produktgeeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit sowie Wiederaufarbeitung	x	x				x	x				x	x	x	x					
Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		
Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) <small>[Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]</small>	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)							
Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) <small>[Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</small>	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)							
Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) <small>[Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</small>	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)							
Räumlich: Räumliche Voraussetzungen																			
Verkaufs-/Empfangsbereich	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	x	x	x	x	x	x	
Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege																x	x	x	
Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)			x				
Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt																			
Laufgang/Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt																			

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	Milchpumpen	Sekret-Absauggeräte	Hilfsmittel zur Wunddrainage	Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme	Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschfeste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umbblättergeräte manuell / Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständerhilfen	Umbblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren	Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte	Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig	Spritzen und Zubehör Pens	Transnasale und perkutane Ernährungs sonden Überleitsysteme Mischsysteme Zubehör	Elektrisch betriebene Spülsysteme	Pumpensysteme	Badewannenlifter	Badewannen sitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, -inreistell- und- individuell- gefertigt
<p>Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p>															x	x	x	x	
<p>Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p>															x	x	x	x	
<p>Werkstatttraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen</p>																			
<p>Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<p>Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte</p>	x	x				x	x				x	x	x	x					
<p>Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten</p>																			
<p>Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen</p>																			
<p>Orthopädie- und Rehathechnik u. a. **</p>																			
<p>Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System***)</p>																			
<p>Fräse</p>																			
<p>Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System***)</p>													x						
<p>Gipsbecken</p>																			
<p>Bandsäge</p>																			
<p>Werkbank mit Werkzeugausstattung</p>													x						
<p>Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine</p>																			
<p>Zuschneide- und Arbeitstisch</p>																			
<p>Tischnähmaschine</p>																			

Inhalt der Versorgungsteilbereiche <small>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</small>	Milchpumpen	Sekret-Absauggeräte	Hilfsmittel zur Wunddrainage	Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme	Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschfeste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umbblättergeräte manuell / Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständerhilfen	Umbblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren	Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte	Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig	Spritzen und Zubehör Pens	Transnasale und perkutane Ernährungs sonden Überleitsysteme Mischsysteme Zubehör	Elektrisch betriebene Spülsysteme	Pumpensysteme	Badewannenlifter	Badewanneninsitze, Duschhilfen Badewanneninsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, -inrestrifell- und- individuell- gefertigt
Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung																			
Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz																			
Tiefziehgerät																			
Geeigneter Spiegel		(x)													x	x	x	x	
Augenoptik																			
Kontaktlinsenarbeitsplatz																			
Einweisungsplatz																			
Ophthalmometer																			
Spaltlampenmikroskop																			
Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen																			
Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion																			
Refraktionsraum																			
Raum lässt sich abdunkeln																			
Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht																			
Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl																			
Skioskop und Skioskopleisten und/oder Refraktometer																			
Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille																			
Polarisationsvorhalter																			
Kreuzzylinder																			
Abgleichleiste																			
Gerät zur Sehzeichendarbietung																			
Vorrichtung zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe (z.B. Phoropter mit entsprechender Nahprüfeinrichtung) Binokulartest																			
Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes																			
Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus																			
Ein Satz Kantenfilter																			
Werkstatt																			
Werktisch																			
Handschleifmaschine und/oder Randbearbeitungsmaschine																			
Bohrmaschine mit Zubehör																			
Poliermaschine																			
Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine																			
Scheitelbrechwertmessgerät																			
Zentriergerät																			
Hörakustik																			
Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A																			
Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher																			
Messbox																			
Insitu-Anlage																			
Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle																			
Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitezange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Spindelspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät)																			
Ultraschallbad																			
Materialien und Werkzeuge (zum Herstellen von Rohlingen für Ohrabformungen)																			
Abdruckmaterialien und -geräte																			
Otoskop inkl. diverse Trichter																			
Backenpinzette																			
Leuchtstab																			

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Milchpumpen	Sekret-Absauggeräte	Hilfsmittel zur Wunddrainage	Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme	Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschfeste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umbblättergeräte manuell / Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständerhilfen	Umbblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren	Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte	Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig	Spritzen und Zubehör Pens	Transnasale und perkutane Ernährungs sonden Überleitsysteme Mischsysteme Zubehör	Elektrisch betriebene Spülsysteme	Pumpensysteme	Badewannenlifter	Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	Bandagen, -inrestitut- und- individuell- gefertigt
1 Pinzettensortiment																			
1 Lötstation (Lötzinn; Entlötlitze)																			
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade																			
Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte)																			
Allgemeine Kommunikation																			
Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien																			
Sprechender Kompass (auch taktil sowie kontrastreich für Sehbehinderte)																			
Lorman-Handschuh																			
Diktiergerät																			
Optische Ausrüstung																			
Verschiedene optische Lupen																			
Low Vision Leuchten mit verschiedenen Lichtfarben und Leuchtstärken																			
Zugriff auf Bildschirmlesegerät																			
Zugriff auf elektronische Handlupen																			
4 x 12 Monokular																			
6 x 16 Monokular																			
8 x 20 Monokular																			
8 x 30 Monokular																			
10 x 20 Monokular																			
10 x 30 Monokular																			
6 x Binokular																			
8 x Binokular																			
2 x Extender																			
Zugriff auf Bauerfeind Prisma																			
Kantenfilter als Serie (Clip-ons und Überziehmodelle)																			
Oberkanten- und Seitenschutz für Brillen																			
Leeres Brillengestell																			
Taschenlampen (Standard, Aspherilux, Xenon, LED)																			
Taktile Medien																			
Zugriff auf einen Fuser																			
Materialien zur Erstellung taktiler Pläne																			
Verschiedene Modelle zur Darstellung von Umweltmustern																			
Versorgung mit Haarsatz																			
Höhenverstellbarer Frisörstuhl																			
Friseurübliches Handwerkszeug																			
Materialkarten																			
Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen																			
Haarwaschbecken																			
Höhenverstellbarer Kopfhalter																			
Postichköpfe in den Größen 50-60 cm																			
Zwei geeignete Spiegel																			
Lockenstäbe für Echt- und Synthetikhaar																			
Dampf- und Trockengeräte																			
Betriebsbegehungen																			

* mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe

** Die räumlichen und sachlichen Ausstattungsanforderungen für die Konstellation Zentralwerkstatt und Filiale(n) sind im Anhang der Empfehlungen nach § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V geregelt.

*** Im Glossar ist eine Erläuterung zu den Begriffen "stationäres und mobiles System" enthalten.

<p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p>	05E	06A	07A	07B	07C	07D ungültig ab 01.01.2014	07D3	08A	08B	09A	10A	10B	11A	11B	12A	13A	14A	14B
<p>Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnis nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p>	05.11.03.3-4	06	07.50.01	07.50.02	07.99.01-05	07.99.99.6	07.50.01 07.99.99.6	08.03.06	08.03.01-05 08.03.07	09	10.46.01 10.50.04 10.50.01-03	10.46.02-03 10.99.02	11.11.05 11.29.01-12	11.39.01-04 11.41.01	12	13	14.24.14.0 14.24.15.0 14.24.15.2-6 14.24.17.2-3 14.24.20-24	14.24.16.1-6
<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	Maßgefertigte Leibbinden	Bestrahlungsgeräte	Blindenlangstöcke	Elektronische Blindenleitgeräte	Blindenhilfsmittel	Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche	Kopieeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrektürkappen Fersenschalen	Elektrostimulationsgeräte	Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgehstützen Achselstützen	Gehwagen Gehhilfsgeräte Sonstige Gehhilfen	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung)	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung)	Hilfsmittel bei Tracheostoma	Hörhilfen	Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen Atemgasbefeuchter CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen	Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme
<p>Anforderungen an den fachlichen Leiter (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p>	OTM, IOTR, GQ	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, RBS, TMED, TBT, EM, FS, PT, ET, APO, GQ	IMED, BMT, RBS, TMED, TBT, EM, GQ	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	RBS, GQ	RBS, GQ	OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, FS, APO, GQ	OTM, IOTR, OTSM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, FS, MFA, PT, APO, GKA, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, ET, GQ	OTM, IOTR, IMED, BMT, GKA, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, GKA, GQ	IMED, BMT, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	HAM GQ	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ
<p>Orthopädietechnikermeister/in OTM</p>	x		x					x	x	x	x	x	x	x				
<p>Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehatechnik IOTR</p>	x		x					x	x	x	x	x	x	x				
<p>Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT</p>			x					x		x	x	x		x				
<p>Orthobionik B.Sc. OB</p>																		
<p>Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik IMED</p>		x	x	x	x					x	x	x	x	x	x		x	x

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Maßgefertigte Leibbinden	Bestrahlungsgeräte	Blindenlangstöcke	Elektronische Blindenleitgeräte	Blinderhilfsmittel	Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche	Kopieeinlagen Bettungseinlagen Schalen einlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen	Elektrostimulationsgeräte	Gehgestelle Fehrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgehstützen Achselstützen	Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung)	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung)	Hilfsmittel bei Tracheostoma	Hörhilfen	Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen Atemgasbefeuchter CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen	Korrekionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme
Biomedizinische Technik B.Sc. BMT		x	x	x	x					x	x	x	x	x			x	x
Orthopädienschuhmachermeister/-in OTSM								x	x									
Orthopädienschuhmacher/-in OTS								x										
Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS			x					x		x	x							
Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthefer/in) MFA										x								
Physiotherapeut/in PT			x							x	x							
Ergotherapeut/in ET			x								x	x						
Podologe/Podologin PD																		
Apotheker/-in APO			x					x		x	x							
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA										x	x		x	x	x			
Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS			x	x		x	x											
Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik TMED		x	x	x	x					x	x	x					x	x
Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM		x	x	x	x					x	x	x					x	x
Techniker für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT		x	x	x	x					x	x	x					x	x
Zertifizierte Epithetiker/-in ZE																		
Hebammen/Entbindungspfleger HEB																		
Hörgeräteakustikermeister/-in HAM																x		
Augenoptikermeister/-in AOM																		
Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO																		
Augenarzt / Augenärztin AA																		
Ocularist/in OC																		
Kunstaugenhersteller/-in KAH																		

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Maßgefertigte Leibbinden	Bestrahlungsgeräte	Blindenlangstöcke	Elektronische Blindenleitgeräte	Blinderhilfsmittel	Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche	Kopieeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen	Elektrostimulationsgeräte	Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen	Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung)	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung)	Hilfsmittel bei Tracheostoma	Hörhilfen	Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlatbezogene Atemstörungen Atemgasbefeuchter CPAP-Systeme zur Behandlung schlatbezogener Atemstörungen	Korrekionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme
Friseurmeister/in FM																		
Friseur/in Maskenbildner/in F																		
Gleichwertige Qualifikation GQ	entfällt	x	x	x	x	x	x	x	entfällt	x	x	x	x	x	x	entfällt	x	x
Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und																		
Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist	entfällt	x	x	x	x	x	x	x	entfällt	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Insolvenzfreiheit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Erfüllung der gewerblichen Voraussetzungen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Beachtung des Datenschutzes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen																		
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)													x	x	x		x	x

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	Maßgefertigte Leibbinden	Bestrahlungsgeräte	Blindenlangstöcke	Elektronische Blindenleitgeräte	Blinderhilfsmittel	<p>Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)</p>	<p>Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)</p>	Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche	Kopieeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen	Elektrostimulationsgeräte	Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen	Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung)	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung)	Hilfsmittel bei Tracheostoma	Hörhilfen	<p>Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlatbezogene Atemstörungen Atemgasbefeuchter CPAP-Systeme zur Behandlung schlatbezogener Atemstörungen</p>	Korrekionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)													x	x	x		x	x
Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)		x	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)		x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x
Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung einer fachgerechten und produktgeeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit sowie Wiederaufarbeitung		x		x	x					x	x	x	x	x			x	
Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)		x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]		(x)	(x)	(x)	(x)	x	x			(x)			(x)	(x)	(x)		x	(x)
Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]		(x)	(x)	(x)	(x)					(x)			(x)	(x)	(x)		x	(x)
Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]		(x)	(x)	(x)	(x)	x	x			(x)			(x)	(x)	(x)		x	(x)
Räumlich: Räumliche Voraussetzungen																		
Verkaufs-/Empfangsbereich	x	(x)	(x)	(x)	(x)			x	x	(x)	x	x	(x)	(x)	(x)	x		(x)
Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege	x																	(x)
Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit		(x)	(x)	(x)	(x)			x	x	(x)			(x)	(x)	(x)	x		
Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt									x									
Laufgang/Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt																		

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Maßgefertigte Leibbinden	Bestrahlungsgeräte	Blindenlangstöcke	Elektronische Blindenleitgeräte	Blinderhilfsmittel	Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche	Kopieeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen	Elektrostimulationsgeräte	Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen	Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung)	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung)	Hilfsmittel bei Tracheostoma	Hörhilfen	Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen Atemgasbefeuchter CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen	Korrekionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme
Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)	x										x	x		x				
Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)	x										x	x		x				
Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen	x								x			x				x		
Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen	x	x	x	x	x			x	entfällt	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte		x		x	x					x	x	x	x	x			x	
Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten																		
Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen																		
Orthopädie- und Rehathechnik u. a. **																		
Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System***)	x								x			x						
Fräse																		
Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System***)									x			x						
Gipsbecken									entfällt									
Bandsäge																		
Werkbank mit Werkzeugausstattung	x								x			x		x				
Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine	entfällt								x									
Zuschneide- und Arbeitstisch	x								x									
Tischnähmaschine	x																	

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Maßgefertigte Leibbinden	Bestrahlungsgeräte	Blindenlangstöcke	Elektronische Blindenleitgeräte	Blinderhilfsmittel	Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche	Kopieeinlagen Bettungseinlagen Schaleninlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen	Elektrostimulationsgeräte	Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen	Gehwagen Gehhilfsgeräte Sonstige Gehhilfen	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung)	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung)	Hilfsmittel bei Tracheostoma	Hörhilfen	Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen Atemgasbefeuchter CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen	Korrekionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme
Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung									x									
Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz									x									
Tiefziehgerät																		
Geeigneter Spiegel	x	(x)													x			x
Augenoptik																		
Kontaktlinsenarbeitsplatz																		
Einweisungsplatz																		
Ophthalmometer																		
Spaltlampenmikroskop																		
Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen																		
Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion																		
Refraktionsraum																		
Raum lässt sich abdunkeln																		
Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht																		
Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl																		
Skioskop und Skiaskopleisten und/oder Refraktometer																		
Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille																		
Polarisationsvorhalter																		
Kreuzzylinder																		
Abgleichleiste																		
Gerät zur Sehzeichendarbietung																		
Vorrichtung zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe (z.B. Phoropter mit entsprechender Nahprüfeinrichtung) Binokulartest																		
Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes																		
Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus																		
Ein Satz Kantenfilter																		
Werkstatt																		
Werktisch																		
Handschleifmaschine und/oder Randbearbeitungsmaschine																		
Bohrmaschine mit Zubehör																		
Poliermaschine																		
Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine																		
Scheitelbrechwertmessgerät																		
Zentriergerät																		
Hörakustik																		
Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A																		x
Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher																		x
Messbox																		x
Insitu-Anlage																		x
Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle																		x
Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitezange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Spindelspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät)																		x
Ultraschallbad																		x
Materialien und Werkzeuge (zum Herstellen von Rohlingen für Ohrabformungen)																		x
Abdruckmaterialien und -geräte																		x
Otoskop inkl. diverse Trichter																		x
Backenpinzette																		x
Leuchstab																		x

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Maßgefertigte Leibbinden	Bestrahlungsgeräte	Blindenlangstöcke	Elektronische Blindenleitgeräte	Blinderhilfsmittel	Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche	Kopieeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen	Elektrostimulationsgeräte	Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen	Gehwagen Gehhilfsgeräte Sonstige Gehhilfen	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung)	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung)	Hilfsmittel bei Tracheostoma	Hörhilfen	Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen Atemgasbefeuchter CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen	Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme
1 Pinzettensortiment																x		
1 Lötstation (Lötzinn; Entlötlitze)																x		
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade																x		
Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte)																		
Allgemeine Kommunikation																		
Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien						x	x											
Sprechender Kompass (auch taktil sowie kontrastreich für Sehbehinderte)						x	x											
Lorman-Handschuh						x	x											
Diktiergerät						x	x											
Optische Ausrüstung																		
Verschiedene optische Lupen						x	x											
Low Vision Leuchten mit verschiedenen Lichtfarben und Leuchtstärken						x	x											
Zugriff auf Bildschirmlesegerät						x	x											
Zugriff auf elektronische Handlupen						x	x											
4 x 12 Monokular						x	x											
6 x 16 Monokular						x	x											
8 x 20 Monokular						x	x											
8 x 30 Monokular						x	x											
10 x 20 Monokular						x	x											
10 x 30 Monokular						x	x											
6 x Binokular						x	x											
8 x Binokular						x	x											
2 x Extender						x	x											
Zugriff auf Bauerfeind Prisma						x	x											
Kantenfilter als Serie (Clip-ons und Überziehmodelle)						x	x											
Oberkanten- und Seitenschutz für Brillen						x	x											
Leeres Brillengestell						x	x											
Taschenlampen (Standard, Aspherilux, Xenon, LED)						x	x											
Taktile Medien																		
Zugriff auf einen Fuser						x	x											
Materialien zur Erstellung taktiler Pläne						x	x											
Verschiedene Modelle zur Darstellung von Umweltmustern						x	x											
Versorgung mit Haarsatz																		
Höhenverstellbarer Frisörstuhl																		
Friseurübliches Handwerkszeug																		
Materialkarten																		
Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen																		
Haarwaschbecken																		
Höhenverstellbarer Kopfhalter																		
Postichköpfe in den Größen 50-60 cm																		
Zwei geeignete Spiegel																		
Lockenstäbe für Echt- und Synthetikhaar																		
Dampf- und Trockengeräte																		
Betriebsbegehungen	x								x							x		

<p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreibt, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p>	14C	14D	14E	14F	14G	15A	15B	16A	16B	17A	17B	17C	17D	17E	18A	18B	19A
<p>Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnisses nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p>	14.24.16.7	14.24.01-03 14.24.08.0-1	14.24.08.2-3	14.24.04-05	14.24.10-12 14.24.14.1 14.24.15.1 14.24.15.7-9 14.24.17.0-1 14.24.25	15.25.01-10 15.25.12 15.25.14-18 15.25.19.0-1 15.25.20-22 15.25.24	15.25.19.2	16.99.01-08	16.99.09	17.06.01-05 17.06.07-20	17.10.01 17.10.03-05	17.06.06 17.07.01 17.10.02 17.11.01	17.17.01	17.99.01-02	18.46.04-05 18.50.01-05 18.51.01-02 18.51.04-06 18.65.01 18.99.01-09 18.99.11 50.45.07-08	18.46.02 18.46.03	19.40.01-03 50.45.01-04 50.45.06 50.45.09
<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme	Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme	Abklopf- und Vibrationsgeräte In-/Exsuffliator	Sauerstofftherapiegeräte	Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen	Inkontinenzhilfen außer Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität	Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität	Kommunikationshilfen	Signalanlagen für Gehörlose	Medizinische Kompressionsstrümpfe	Medizinische Kompressionsarmstrümpfe	Hilfsmittel zur Narbenkompression	Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)	Apparate zur Kompressionstherapie	Kranken-/Behindertenfahrzeuge Rollstühle mit Sitzkante Pflegeerollstühle	Toilettenrollstühle Duschrollstühle	Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) N.N. (Stretch-Lifter)
<p>Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person</p>	Anforderungen an den fachlichen Leiter (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)																
	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, ZE, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	IOTR, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, GKA, TMED, TBT, EM, HAM, GQ	OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, FS, MFA, PT, APO, GKA, GQ	OTM, IOTR, OT, FS, MFA, PT, APO, GKA, GQ	OTM, IOTR, OT, GQ	OTM, IOTR, OT, ZE, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, OB, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, ET, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, PT, ET, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ
Orthopädietechnikermeister/in OTM		x				x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Reha-technik IOTR		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT		x				x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Orthobionik B.Sc. OB															x		
Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik IMED	x	x	x	x	x	x	x		x					x	x	x	x

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme	Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme	Abklopf- und Vibrationsgeräte In-/Exsufflator	Sauerstofftherapiegeräte	Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen	Inkontinenzhilfen außer Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulatur	Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulatur	Kommunikationshilfen	Signalanlagen für Gehörlose	Medizinische Kompressionsstrümpfe	Medizinische Kompressionsarmstrümpfe	Hilfsmittel zur Narbenkompression	Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)	Apparate zur Kompressionstherapie	Kranken-/Behindertenfahrzeuge Rollstühle mit Sitzkantelelung Pflegerrollstühle	Toilettenrollstühle Duschrollstühle	Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) N.N. (Stretch-Lifter)
Biomedizinische Technik B.Sc. BMT	x	x	x	x	x	x	x		x					x	x	x	x
Orthopädienschuhmachermeister/-in OTSM										x							
Orthopädienschuhmacher/-in OTS										x							
Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS		x				x	x		x	x	x					x	
Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA							x			x*	x*						
Physiotherapeut/in PT		x					x			x*	x*					x	
Ergotherapeut/in ET															x	x	
Podologe/Podologin PD										x*							
Apotheker/-in APO		x				x	x			x	x					x	
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA		x				x	x		x	x	x			x		x	
Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS																	
Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik TMED	x	x	x	x	x		x		x					x	x	x	x
Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM	x	x	x	x	x		x		x					x	x	x	x
Techniker für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT	x	x	x	x	x		x		x					x	x	x	x
Zertifizierte Epithetiker/-in ZE	x												x				
Hebammen/Entbindungspfleger HEB																	
Hörgeräteakustikermeister/-in HAM									x								
Augenoptikermeister/-in AOM																	
Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO																	
Augenarzt / Augenärztin AA																	
Ocularist/in OC																	
Kunstaugenhersteller/-in KAH																	

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p>	<p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p>	<p>Abklopf- und Vibrationsgeräte In-/Exsufflator</p>	<p>Sauerstofftherapiegeräte</p>	<p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p>	<p>Inkontinenzhilfen außer Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität</p>	<p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität</p>	<p>Kommunikationshilfen</p>	<p>Signalanlagen für Gehörlose</p>	<p>Medizinische Kompressionsstrümpfe</p>	<p>Medizinische Kompressionsarmstrümpfe</p>	<p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p>	<p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p>	<p>Apparate zur Kompressionstherapie</p>	<p>Kranken-/Behindertenfahrzeuge Rollstühle mit Sitzkantelelung Pflegerrollstühle</p>	<p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p>	<p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) N.N. (Stretch-Lifter)</p>	
Friseurmeister/in FM																		
Friseur/in Maskenbildner/in F																		
Gleichwertige Qualifikation GQ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und																		
Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Insolvenzfreiheit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Beachtung des Datenschutzes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen																		
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)	x			x	x										x			x

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p>	<p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p>	<p>Abklopf- und Vibrationsgeräte In-/Exsufflator</p>	<p>Sauerstofftherapiegeräte</p>	<p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p>	<p>Inkontinenzhilfen außer Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität</p>	<p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität</p>	<p>Kommunikationshilfen</p>	<p>Signalanlagen für Gehörlose</p>	<p>Medizinische Kompressionsstrümpfe</p>	<p>Medizinische Kompressionsarmstrümpfe</p>	<p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p>	<p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p>	<p>Apparate zur Kompressionstherapie</p>	<p>Kranken-/Behindertenfahrzeuge Rollstühle mit Sitzkantelung Pflegerrollstühle</p>	<p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p>	<p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) N.N. (Stretch-Lifter)</p>
<p>Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p>	x			x	x												
<p>Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<p>Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)</p>	x	x	x	x	x		x	x	x					x	x	x	x
<p>Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung einer fachgerechten und produktgeeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit sowie Wiederaufarbeitung</p>		x	x	x	x		x	x	x					x	x	x	x
<p>Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<p>Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]</p>	(x)	(x)	(x)	x	x	(x)	(x)	(x)	(x)					(x)	x	x	
<p>Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p>	(x)	(x)	(x)	x	x	(x)	(x)	(x)	(x)					(x)			
<p>Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p>	(x)	(x)	(x)	x	x	(x)	(x)	(x)	(x)					(x)			
Räumlich: Räumliche Voraussetzungen																	
<p>Verkaufs-/Empfangsbereich</p>	(x)	(x)	(x)			(x)	(x)	(x)	(x)	x	x	x	x	(x)	x	x	x
<p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege</p>	(x)									x		x		(x)			x
<p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit</p>		(x)	(x)			(x)	(x)	(x)	(x)		x		x		x	x	
<p>Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt</p>																	
<p>Laufgang/Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt</p>																	

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p>	<p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p>	<p>Abklopf- und Vibrationsgeräte In-/Exsufflator</p>	<p>Sauerstofftherapiegeräte</p>	<p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basogeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p>	<p>Inkontinenzhilfen außer Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität</p>	<p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität</p>	<p>Kommunikationshilfen</p>	<p>Signalanlagen für Gehörlose</p>	<p>Medizinische Kompressionsstrümpfe</p>	<p>Medizinische Kompressionsarmstrümpfe</p>	<p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p>	<p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p>	<p>Apparate zur Kompressionstherapie</p>	<p>Kranken-/Behindertenfahrzeuge Rollstühle mit Sitzkantelelung Pflegerrollstühle</p>	<p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p>	<p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) N.N. (Stretch-Lifter)</p>
<p>Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p>								(x)							x	x	x
<p>Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p>								(x)							x	x	x
<p>Werkstatttraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen</p>															x	x	x
<p>Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen</p>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<p>Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte</p>		x	x	x	x		x	x	x					x	x	x	x
<p>Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten</p>																	
<p>Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen</p>																	
<p>Orthopädie- und Rehathechnik u. a. **</p>																	
<p>Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System***)</p>															x	x	mobiles-System x
<p>Fräse</p>																	
<p>Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System***)</p>															x	x	mobiles-System x
<p>Gipsbecken</p>																	
<p>Bandsäge</p>																	
<p>Werkbank mit Werkzeugausstattung</p>														x	x	x	x
<p>Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine</p>																	
<p>Zuschneide- und Arbeitstisch</p>																	
<p>Tischnähmaschine</p>																	

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p>	<p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p>	<p>Abklopf- und Vibrationsgeräte In-/Exsufflator</p>	<p>Sauerstofftherapiegeräte</p>	<p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlatbezogener Atemstörungen</p>	<p>Inkontinenzhilfen außer Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität</p>	<p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität</p>	<p>Kommunikationshilfen</p>	<p>Signalanlagen für Gehörlose</p>	<p>Medizinische Kompressionsstrümpfe</p>	<p>Medizinische Kompressionsarmstrümpfe</p>	<p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p>	<p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p>	<p>Apparate zur Kompressionstherapie</p>	<p>Kranken-/Behindertenfahrzeuge Rollstühle mit Sitzkantelelung Pflege rollstühle</p>	<p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p>	<p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) N.N. (Stretch-Lifter)</p>	
Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung																		
Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz																		
Tiefziehgerät																		
Geeigneter Spiegel	x									x	x	x	x					
Augenoptik																		
Kontaktlinsenarbeitsplatz																		
Einweisungsplatz																		
Ophthalmometer																		
Spaltlampenmikroskop																		
Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen																		
Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion																		
Refraktionsraum																		
Raum lässt sich abdunkeln																		
Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht																		
Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl																		
Skioskop und Skiaskopleisten und/oder Refraktometer																		
Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille																		
Polarisationsvorhalter																		
Kreuzzylinder																		
Abgleichleiste																		
Gerät zur Sehzeichendarbietung																		
Vorrichtung zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe (z.B. Phoropter mit entsprechender Nahprüfeinrichtung) Binokulartest																		
Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes																		
Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus																		
Ein Satz Kantenfilter																		
Werkstatt																		
Werktisch																		
Handschleifmaschine und/oder Randbearbeitungsmaschine																		
Bohrmaschine mit Zubehör																		
Poliermaschine																		
Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine																		
Scheitelbrechwertmessgerät																		
Zentriergerät																		
Hörakustik																		
Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A																		
Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher																		
Messbox																		
Insitu-Anlage																		
Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle																		
Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitezange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Spindelspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät)																		
Ultraschallbad																		
Materialien und Werkzeuge (zum Herstellen von Rohlingen für Ohrabformungen)																		
Abdruckmaterialien und -geräte																		
Otoskop inkl. diverse Trichter																		
Backenpinzette																		
Leuchtstab																		

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p>	<p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p>	<p>Abklopf- und Vibrationsgeräte In-/Exsufflator</p>	<p>Sauerstofftherapiegeräte</p>	<p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlatbezogener Atemstörungen</p>	<p>Inkontinenzhilfen außer elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulatur</p>	<p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulatur</p>	<p>Kommunikationshilfen</p>	<p>Signalanlagen für Gehörlose</p>	<p>Medizinische Kompressionsstrümpfe</p>	<p>Medizinische Kompressionsarmstrümpfe</p>	<p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p>	<p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p>	<p>Apparate zur Kompressionstherapie</p>	<p>Kranken-/Behindertenfahrzeuge Rollstühle mit Sitzkantelelung Pflege rollstühle</p>	<p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p>	<p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) N.N. (Stretch-Lifter)</p>	
1 Pinzettensortiment																		
1 Lötstation (Lötzinn; Entlötlitze)																		
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade																		
Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte)																		
Allgemeine Kommunikation																		
Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien																		
Sprechender Kompass (auch taktil sowie kontrastreich für Sehbehinderte)																		
Lorman-Handschuh																		
Diktiergerät																		
Optische Ausrüstung																		
Verschiedene optische Lupen																		
Low Vision Leuchten mit verschiedenen Lichtfarben und Leuchtstärken																		
Zugriff auf Bildschirmlesegerät																		
Zugriff auf elektronische Handlupen																		
4 x 12 Monokular																		
6 x 16 Monokular																		
8 x 20 Monokular																		
8 x 30 Monokular																		
10 x 20 Monokular																		
10 x 30 Monokular																		
6 x Binokular																		
8 x Binokular																		
2 x Extender																		
Zugriff auf Bauerfeind Prisma																		
Kantenfilter als Serie (Clip-ons und Überziehmodelle)																		
Oberkanten- und Seitenschutz für Brillen																		
Leeres Brillengestell																		
Taschenlampen (Standard, Aspherilux, Xenon, LED)																		
Taktile Medien																		
Zugriff auf einen Fuser																		
Materialien zur Erstellung taktiler Pläne																		
Verschiedene Modelle zur Darstellung von Umweltmustern																		
Versorgung mit Haareratz																		
Höhenverstellbarer Frisörstuhl																		
Friseurübliches Handwerkszeug																		
Materialkarten																		
Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen																		
Haarwaschbecken																		
Höhenverstellbarer Kopfhalter																		
Postichköpfe in den Größen 50-60 cm																		
Zwei geeignete Spiegel																		
Lockenstäbe für Echt- und Synthetikkaar																		
Dampf- und Trockengeräte																		
Betriebsbegehungen																		

<p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p>	19B	20A ungültig ab 01.01.2014	20A3	20B	20C	20D	20E	20F	20G	21A	21B	22A	22B	23A ungültig ab 01.01.2014	23A3
<p>Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnis nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p>	19.40.04-05 19.99.01 51.40.01 51.45.01 51.45.02 53.45.01 54 98.99.01	20.10.01 20.29.02	20.29.02	20.09.01 20.10.02 20.29.01 20.29.04	20.06.02	20.29.03	20.39.01	20.29.98 20.29.99	20.29.98 20.29.99	21.30.01-02 21.46.01	21.24.01 21.28.01 21.34.01-02 21.99.01-02	22.29.01 22.29.02	22.40.01-05 22.50.01 22.51.01-04	23.01.01 23.07.01.1-2 23.07.02 23.08.04 23.11.01 23.12.03 23.13.01.0	23.01.01 23.02.01 23.02.02.0-3 23.03.02.0 23.04.01.0-3 23.04.05.0
<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme N.N. (Extremitätenpreizer) Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Sonstige Pflegehilfsmittel	Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	Schulterabduktionslagerungshilfe Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungsschalen Therapiehilfen	Beinlagerungshilfen	Therapiehilfen bei Mukoviszidose	Stützringe	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht- invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranken	Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten	Umsetz- und Hebehilfen Aufstehhilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle	Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung
Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person															
<p>Anforderungen an den fachlichen Leiter (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p>	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, ET, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, GQ	OTM, IOTR, OT, GQ	OTM, IOTR, OT, APO, GKA, GQ	OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, APO, GKA, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, ET, APO, GKA, GQ	OTM, IOTR, GQ	OTM, IOTR, OTSM, GQ	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, OB, FS, MFA, PT, ET, APO, GKA, GQ	OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, FS, MFA, PT, ET, APO, GKA, GQ
Orthopädietechnikermeister/in OTM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehathechnik IOTR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Orthobionik B.Sc. OB														x	x
Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik IMED	x						x	x		x	x	x	x		

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme N.N. (Extremitätspreizer) Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Sonstige Pflegehilfsmittel	Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	Schulterabduktionslagerungshilfe Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungsschalen Therapiehilfen	Beinlagerungshilfen	Therapiehilfen bei Mukoviszidose	Sitzringe	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht- invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranke	Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten	Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle	Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung
Biomedizinische Technik B.Sc. BMT	x					x	x			x	x	x	x		
Orthopädieschuhmachermeister/-in OTSM					x				x						x
Orthopädieschuhmacher/-in OTS					x										x
Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS	x						x				x	x		x	x
Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA	x						x				x			x	x
Physiotherapeut/in PT	x						x							x	x
Ergotherapeut/in ET	x						x							x	x
Podologe/Podologin PD															
Apotheker/-in APO	x			x	x		x				x	x		x	x
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA	x			x	x		x				x	x		x	entfällt
Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS															
Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik TMED	x									x	x	x	x		
Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM	x									x	x	x	x		
Techniker für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT	x									x	x	x	x		
Zertifizierte Epithetiker/-in ZE															
Hebammen/Entbindungspfleger HEB															
Hörgeräteakustikermeister/-in HAM															
Augenoptikermeister/-in AOM															
Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO															
Augenarzt / Augenärztin AA															
Ocularist/in OC															
Kunstaugenhersteller/-in KAH															

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme N.N. (Extremitätenspreizer) Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Sonstige Pflegehilfsmittel	Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	Schulterabduktionslagerungshilfe Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskeile Therapiehilfen	Beinlagerungshilfen	Therapieliegen bei Mukoviszidose	Sitzringe	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht- invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranke	Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten	Umsetz- und Hebehilfen Aufstehhilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle	Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung
Friseurmeister/in FM															
Friseur/in Maskenbildner/in F															
Gleichwertige Qualifikation GQ	x	x	x	x	x	x	x	entfällt	entfällt	x	x	x	x	x	x
Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und															
Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist	x	x	x	x	x	x	x	entfällt	entfällt	x	x	x	x	x	x
Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Insolvenzfreiheit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Beachtung des Datenschutzes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen															
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)										x					x

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme N.N. (Extremitätspreizer) Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Sonstige Pflegehilfsmittel	Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	Schulterabduktionslagerungshilfe Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskeile Therapiehilfen	Beinlagerungshilfen	Therapieliegen bei Mukoviszidose	Sitzringe	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht- invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranke	Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten	Umsetz- und Hebehilfen Aufstehhilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle	Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)										x					x
Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x
Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung einer fachgerechten und produktgeeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit sowie Wiederaufarbeitung		x	x	x	x	x				x	x	x	x		
Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)	x	x	x	x	x	x	x			x	x			x	x
Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]	(x)									(x)	(x)				
Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]	(x)									(x)	(x)				
Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]	(x)									(x)	(x)				
Räumlich: Räumliche Voraussetzungen															
Verkaufs-/Empfangsbereich	(x)	x	x	x	x	x	x	x	x	(x)	(x)	x	x	x	x
Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege		x	x	x	x	x	x	x	x						
Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit	(x)									(x)	(x)	x	x	x	x
Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt															
Laufgang/Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt															

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme N.N. (Extremitätenpreizer) Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Sonstige Pflegehilfsmittel	Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	Schulterabduktionslagerungshilfe n Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen	Beinlagerungshilfen	Therapieliegen bei Mukoviszidose	Sitzringe	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht- invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranke	Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten	Umsetz- und Hebehilfen Aufstehhilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle	Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung
Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)			x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)			x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen			x					x	x						
Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x
Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte			x	x	x	x				x	x	x	x		
Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten															
Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen															
Orthopädie- und Rehathechnik u. a. **															
Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System***)			x			entfällt		x	x				x		
Fräse								x	x						
Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System***)			x			entfällt		x	x				x		
Gipsbecken								entfällt	entfällt						
Bandsäge															
Werkbank mit Werkzeugausstattung			x	x		entfällt		x	x				x		
Sattelnähmaschine/ Reparaturnähmaschine			x					x	x						
Zuschneide- und Arbeitstisch								x	x						
Tischnähmaschine			x	x				x	x						

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme N.N. (Extremitätenstreifen) Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Sonstige Pflegehilfsmittel</p>	<p>Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p>	<p>Schulterabduktionslagerungshilfe Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskeile Therapiehilfen</p>	<p>Beinlagerungshilfen</p>	<p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p>	<p>Sitzringe</p>	<p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p>	<p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranken</p>	<p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p>	<p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p>	<p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung</p>
Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung		x					x	x						
Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz														
Tiefziehgerät														
Geeigneter Spiegel													x	x
Augenoptik														
Kontaktlinsenarbeitsplatz														
Einweisungsplatz														
Ophthalmometer														
Spaltlampenmikroskop														
Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen														
Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion														
Refraktionsraum														
Raum lässt sich abdunkeln														
Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht														
Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl														
Skiaskop und Skiaskopleisten und/oder Refraktometer														
Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille														
Polarisationsvorhalter														
Kreuzzylinder														
Abgleichleiste														
Gerät zur Sehzeichendarbietung														
Vorrichtung zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe (z.B. Phoropter mit entsprechender Nahprüfeinrichtung) Binokulartest														
Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes														
Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus														
Ein Satz Kantenfilter														
Werkstatt														
Werktisch														
Handschleifmaschine und/oder Randbearbeitungsmaschine														
Bohrmaschine mit Zubehör														
Poliermaschine														
Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine														
Scheitelbrechwertmessgerät														
Zentriergerät														
Hörakustik														
Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A														
Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher														
Messbox														
Insitu-Anlage														
Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle														
Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitezange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Spindelspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät)														
Ultraschallbad														
Materialien und Werkzeuge (zum Herstellen von Rohlingen für Ohrabformungen)														
Abdruckmaterialien und -geräte														
Otoskop inkl. diverse Trichter														
Backenpinzette														
Leuchtstab														

Inhalt der Versorgungsteilbereiche <small>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</small>	Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme N.N. (Extremitätenpreizer) Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Sonstige Pflegehilfsmittel	Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	Schulterabduktionslagerungshilfe Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen	Beinlagerungshilfen	Therapieliegen bei Mukoviszidose	Sitzringe	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekrankte	Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte Blutzuckermessgeräte Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten	Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle	Lifter und Zubehör zu Lifern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung
1 Pinzettensortiment														
1 Lötstation (Lötzinn; Entlötlitze)														
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade														
Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte)														
Allgemeine Kommunikation														
Geräte zur Erstellung von Punktchrift-Materialien														
Sprechender Kompass (auch taktil sowie kontrastreich für Sehbehinderte)														
Lorman-Handschuh														
Diktiergerät														
Optische Ausrüstung														
Verschiedene optische Lupen														
Low Vision Leuchten mit verschiedenen Lichtfarben und Leuchstärken														
Zugriff auf Bildschirmlesegerät														
Zugriff auf elektronische Handlupen														
4 x 12 Monokular														
6 x 16 Monokular														
8 x 20 Monokular														
8 x 30 Monokular														
10 x 20 Monokular														
10 x 30 Monokular														
6 x Binokular														
8 x Binokular														
2 x Extender														
Zugriff auf Bauerfeind Prisma														
Kantenfilter als Serie (Clip-ons und Überziehmodelle)														
Oberkanten- und Seitenschutz für Brillen														
Leeres Brillengestell														
Taschenlampen (Standard, Aspherilux, Xenon, LED)														
Taktile Medien														
Zugriff auf einen Fuser														
Materialien zur Erstellung taktiler Pläne														
Verschiedene Modelle zur Darstellung von Umweltmustern														
Versorgung mit Haarsatz														
Höhenverstellbarer Frisörstuhl														
Friseurübliches Handwerkszeug														
Materialkarten														
Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen														
Haarwaschbecken														
Höhenverstellbarer Kopfhalter														
Postichköpfe in den Größen 50-60 cm														
Zwei geeignete Spiegel														
Lockenstäbe für Echt- und Synthetikhaar														
Dampf- und Trockengeräte														
Betriebsbegehungen			x						x	x				

<p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreibt, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p>	<p>23B ungültig ab 01.01.2014</p>	<p>23B3</p>	<p>23C ungültig ab dem 01.01.2014</p>	<p>23C3</p>	<p>23D ungültig ab 01.01.2014</p>	<p>23D3</p>	<p>23E</p>	<p>23F</p>	<p>23G</p>	<p>23G3</p>	<p>24A</p>	<p>24B</p>	<p>24C</p>	<p>24D</p>	<p>24E</p>	<p>24F</p>
<p>Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnis nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p>	<p>23.02.03 23.03.02.1-4 23.04.04 23.04.06 23.04.07.0</p>	<p>23.07.01-02 23.08.04 23.09.01.0 23.11.01 23.12.03 23.13.01.0 23.14.03.0-3 23.16..02.0-1 23.16.03</p>	<p>20.06.01.0 23.02.01-02 23.03.01 23.03.02.1-6 23.04.02-04 23.04.05.1-2 23.04.06-07 23.06.01-04</p>	<p>23.02.03-04 23.03.01 23.03.02.1-6 23.04.02-04 23.04.05.1-2 23.04.06-07 23.06.01-04</p>	<p>23.05.01-02 23.06.05-06 23.07.03-04 23.08.01-03 23.08.05 23.09.01.1-3 23.09.02-04 23.10.01 23.12.01-02 23.13.01.1 23.14.01-02 23.14.03.4-5 23.14.04 23.15.01-04 23.16.01-03</p>	<p>23.05.01-02 23.06.05-06 23.07.03-04 23.08.01-03 23.08.05 23.09.01.1-3 23.09.02-04 23.10.01 23.12.01-02 23.13.01.1 23.14.01-02 23.14.03.4-5 23.14.04 23.15.01-04 23.16.01-03</p>	<p>23.02.30-32 23.03.30-34 23.04.30-32</p>	<p>23.07.01-0 23.07.02-04 23.08.01-03 23.10.01 23.13.01-1 23.14.01-04 23.15.01 23.16.01-0-3 23.12.02 23.16.03 unbesetzt</p>	<p>23.05.30-31 23.06.30-31 23.07.30-38 23.08.30-31 23.09.30-34 23.10.30-34 23.11.30 23.12.30 23.13.30 23.14.30 23.15.30-31 23.16.01.4-6 23.16.02.2 23.29.01</p>	<p>23.05.30-31 23.06.30-31 23.07.30-38 23.08.30-31 23.09.30-34 23.10.30-34 23.11.30 23.12.30 23.13.30 23.14.30 23.15.30-31 23.16.01.4-6 23.16.02.2 23.29.01</p>	<p>24.01.01-06 24.03.01-39</p>	<p>24.03.40-45 24.04.01-53 24.05.01-22 24.06.01-84 24.99.01-07 24.99.10 24.99.13-15 24.99.19-21</p>	<p>24.03.01-08</p>	<p>24.21.01</p>	<p>24.21.02</p>	<p>24.##.##</p>
<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung bis einschließlich Lagerungsschalen für Fuß/Unterschenkel</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung bis einschließlich Knie) Lagerungsschalen für Fuß/Unterschenkel</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, handwerklich industriell hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie) und Kopfschutzhelme/-bandagen, handwerklich hergestellt</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p>	<p>Prothesen Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p>	<p>Prothesen Beinprothesen</p>	<p>Prothesen Brustprothesen mit Halterungen</p>	<p>Prothesen Augenprothesen aus Glas</p>	<p>Prothesen Augenprothesen aus Kunststoff</p>	<p>Epithesen (Hals-/Kopfbereich)</p>
<p>Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person</p>																
<p>Anforderungen an den fachlichen Leiter (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p>	<p>OTM, IOTR, OTSM, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, OB, OTSM*, OTS*, FS, APO, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OTSM, GQ</p>		<p>OTM, IOTR, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OTSM, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, FS, GKA, GQ</p>	<p>OC, KAH, GQ</p>	<p>OC, GQ</p>	<p>OTM, ZE, OC, GQ</p>
<p>Orthopädietechnikermeister/in OTM</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>		<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>				<p>x</p>
<p>Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Reha-technik IOTR</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>		<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>			
<p>Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT</p>		<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>		<p>x</p>							<p>x</p>			
<p>Orthobionik B.Sc. OB</p>		<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>												
<p>Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik IMED</p>																

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) Lagerungsschalen für Fuß/Unterschinkel</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, handwerklich-industriell hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie) und Kopfschutzhelme/-bandagen, handwerklich hergestellt</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p>	<p>Prothesen Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p>	<p>Prothesen Beinprothesen</p>	<p>Prothesen Brustprothesen mit Halterungen</p>	<p>Prothesen Augenprothesen aus Glas</p>	<p>Prothesen Augenprothesen aus Kunststoff</p>	<p>Epithesen (Hals-/Kopfbereich)</p>
<p>Biomedizinische Technik B.Sc. BMT</p>																
<p>Orthopädieschuhmachermeister/-in OTSM</p>	x	x*	x	x		x					x					
<p>Orthopädieschuhmacher/-in OTS</p>		x*	x	x												
<p>Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS</p>		x											x			
<p>Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA</p>																
<p>Physiotherapeut/in PT</p>																
<p>Ergotherapeut/in ET</p>																
<p>Podologe/Podologin PD</p>																
<p>Apotheker/-in APO</p>		x														
<p>Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA</p>													x			
<p>Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS</p>																
<p>Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik TMED</p>																
<p>Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM</p>																
<p>Techniker für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT</p>																
<p>Zertifizierte Epithetiker/-in ZE</p>																x
<p>Hebammen/Entbindungspfleger HEB</p>																
<p>Hörgeräteakustikermeister/-in HAM</p>																
<p>Augenoptikermeister/-in AOM</p>																
<p>Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO</p>																
<p>Augenarzt / Augenärztin AA</p>																
<p>Ocularist/in OC</p>														x	x	x
<p>Kunstaugenhersteller/-in KAH</p>														x		

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) Lagerungsschalen für Fuß/Unterschinkel</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) Lagerungsschalen für Fuß/Unterschinkel</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, handwerklich-industriell hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie) und Kopfschutzhelme/-bandagen, handwerklich hergestellt</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p>	<p>Prothesen Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p>	<p>Prothesen Beinprothesen</p>	<p>Prothesen Brustprothesen mit Halterungen</p>	<p>Prothesen Augenprothesen aus Glas</p>	<p>Prothesen Augenprothesen aus Kunststoff</p>	<p>Epithesen (Hals-/Kopfbereich)</p>
Friseurmeister/in FM																
Friseur/in Maskenbildner/in F																
Gleichwertige Qualifikation GQ	x	x	x	x	x	x	entfällt		x	entfällt	entfällt	entfällt	x	x	x	x
Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und																
Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist	x	x	x	x	x	x	entfällt		x	entfällt	entfällt	entfällt	x	x	x	x
Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Insolvenzfreiheit	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Beachtung des Datenschutzes	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen																
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)																

<p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) Lagerungsschalen für Fuß/Unterschenkel</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, handwerklich-industriell hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie) und Kopfschutzhelme/-bandagen, handwerklich hergestellt</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p>	<p>Prothesen Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p>	<p>Prothesen Beinprothesen</p>	<p>Prothesen Brustprothesen mit Halterungen</p>	<p>Prothesen Augenprothesen aus Glas</p>	<p>Prothesen Augenprothesen aus Kunststoff</p>	<p>Epithesen (Hals-/Kopfbereich)</p>
<p>Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p>																
<p>Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p>	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x
<p>Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)</p>	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			x	x
<p>Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung einer fachgerechten und produktgeeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit sowie Wiederaufarbeitung</p>											x	x				
<p>Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)</p>	x	x	x	x	x	x								x	x	
<p>Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]</p>																
<p>Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p>																
<p>Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p>																
Räumlich: Räumliche Voraussetzungen																
<p>Verkaufs-/Empfangsbereich</p>	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
<p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege</p>							x		x	x						
<p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit</p>	x	x	x	x	x	x	entfällt		x	entfällt	x	x	x	(x)	(x)	x
<p>Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt</p>							x			x	x					
<p>Laufgang/Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt</p>							entfällt		x	entfällt	entfällt	x				

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) Lagerungsschalen für Fuß/Unterschenkel	Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)	Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)	Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)	Orthesen, handwerklich-industriell hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie) und Kopfschutzhelme/-bandagen, handwerklich hergestellt	Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)	Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)	Prothesen Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)	Prothesen Beinprothesen	Prothesen Brustprothesen mit Halterungen	Prothesen Augenprothesen aus Glas	Prothesen Augenprothesen aus Kunststoff	Epithesen (Hals-/Kopfbereich)
Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschlüsse und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x				
Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiheit vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x				
Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen	x	x	x	x	x	x					entfällt	entfällt	x	x	x	x
Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte											entfällt	entfällt				
Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten																
Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen																
Orthopädie- und Rehathechnik u. a. **																
Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System***)	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	x
Fräse							x		x	x	x	x				
Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System***)	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x				
Gipsbecken							entfällt		x	entfällt	entfällt	entfällt				
Bandsäge																
Werkbank mit Werkzeugausstattung	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	x
Sattelnähmaschine/ Reparaturnähmaschine	x	x	x	x	x	x	x		x	x	entfällt	x				
Zuschneide- und Arbeitstisch							x		x	x	x	x	x			
Tischnähmaschine	x	x	x	x	x	x	x		x	x	entfällt	x	x			

<p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) Lagerungsschalen für Fuß/Unterschinkel</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) Lagerungsschalen für Fuß/Unterschinkel</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, handwerklich-industriell hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie) und Kopfschutzhelme/-bandagen, handwerklich hergestellt</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p>	<p>Prothesen Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p>	<p>Prothesen Beinprothesen</p>	<p>Prothesen Brustprothesen mit Halterungen</p>	<p>Prothesen Augenprothesen aus Glas</p>	<p>Prothesen Augenprothesen aus Kunststoff</p>	<p>Epithesen (Hals-/Kopfbereich)</p>
Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x				
Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz							x		x	x	x	x				
Tiefziehgerät											x	x				
Geeigneter Spiegel	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Augenoptik																
Kontaktlinsenarbeitsplatz																
Einweisungsplatz																
Ophthalmometer																
Spaltlampenmikroskop																
Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen																
Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion																
Refraktionsraum																
Raum lässt sich abdunkeln																
Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht																
Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl																
Skioskop und Skioskopleisten und/oder Refraktometer																
Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille																
Polarisationsvorhalter																
Kreuzzylinder																
Abgleichleiste																
Gerät zur Sehzeichendarbietung																
Vorrichtung zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe (z.B. Phoropter mit entsprechender Nahprüfeinrichtung) Binokulartest																
Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes																
Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus																
Ein Satz Kantenfilter																
Werkstatt																
Werktisch																
Handschleifmaschine und/oder Randbearbeitungsmaschine																
Bohrmaschine mit Zubehör																
Poliermaschine																
Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine																
Scheitelbrechwertmessgerät																
Zentriergerät																
Hörakustik																
Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A																
Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher																
Messbox																
Insitu-Anlage																
Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle																
Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitzange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergerierte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Spindelspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät)																
Ultraschallbad																
Materialien und Werkzeuge (zum Herstellen von Rohlingen für Ohrabformungen)																
Abdruckmaterialien und -geräte																
Otoskop inkl. diverse Trichter																
Backenpinzette																
Leuchtstab																

<p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) Lagerungsschalen für Fuß/Unterschinkel</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) Lagerungsschalen für Fuß/Unterschinkel</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p>	<p>Orthesen, handwerklich-industriell hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie) und Kopfschutzhelme/-bandagen, handwerklich hergestellt</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p>	<p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p>	<p>Prothesen Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p>	<p>Prothesen Beinprothesen</p>	<p>Prothesen Brustprothesen mit Halterungen</p>	<p>Prothesen Augenprothesen aus Glas</p>	<p>Prothesen Augenprothesen aus Kunststoff</p>	<p>Epithesen (Hals-/Kopfbereich)</p>
1 Pinzettensortiment																
1 Lötstation (Lötzinn; Entlötlitze)																
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade																
Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte)																
Allgemeine Kommunikation																
Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien																
Sprechender Kompass (auch taktil sowie kontrastreich für Sehbehinderte)																
Lormen-Handschuh																
Diktiergerät																
Optische Ausrüstung																
Verschiedene optische Lupen																
Low Vision Leuchten mit verschiedenen Lichtfarben und Leuchstärken																
Zugriff auf Bildschirmlesegerät																
Zugriff auf elektronische Handlupen																
4 x 12 Monokular																
6 x 16 Monokular																
8 x 20 Monokular																
8 x 30 Monokular																
10 x 20 Monokular																
10 x 30 Monokular																
6 x Binokular																
8 x Binokular																
2 x Extender																
Zugriff auf Bauerfeind Prisma																
Kantenfilter als Serie (Clip-ons und Überziehmodelle)																
Oberkanten- und Seitenschutz für Brillen																
Leeres Brillengestell																
Taschenlampen (Standard, Aspherilux, Xenon, LED)																
Taktile Medien																
Zugriff auf einen Fuser																
Materialien zur Erstellung taktiler Pläne																
Verschiedene Modelle zur Darstellung von Umweltmustern																
Versorgung mit Haareratz																
Höhenverstellbarer Frisörstuhl																
Friseurübliches Handwerkszeug																
Materialkarten																
Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen																
Haarwaschbecken																
Höhenverstellbarer Kopfhalter																
Postichköpfe in den Größen 50-60 cm																
Zwei geeignete Spiegel																
Lockenstäbe für Echt- und Synthetikkaar																
Dampf- und Trockengeräte																
Betriebsbegehungen	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x				

<p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p>	24G	24H	24I	24J	25A	25B	25C	25D	25E	25F	26A ungültig ab 01.01.2014	26A3	26B ungültig ab 01.01.2014	26B3	27A	28A	29A	31A
<p>Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnis nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p>	24.###.##	24.###.##	24.###.##	24.###.##	25.21.01-35 25.21.90	25.21.36.0-3	25.21.36.4 25.21.37.0	25.21.50-61	25.21.80-84 02.40.07.3	25.21.85 02.40.07.3	26.11.01-05	26.11.02-04	26.11.06 26.46.01-02 26.99.03	26.11.01 26.11.05-06 26.46.01-02 26.99.01 26.99.03	27	28	29 05.11.03.2	31 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06
<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	Epithesen (Leib/Rumpf)	Prothesen Haarersatz (konfektioniert)	Prothesen Haarersatz (mit Anpassung/handwerklicher Tätigkeit)	Prothesen Armprothesen	Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen	Schieltherapeutika	Okklusionspflaster Uhrglasverbände	Kontaktlinsen	Vergrößern Leseständer	Elektronisch vergrößern Sehhilfen Leseständer	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Therapiestühle /-sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Sitzteil für Kinder	Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzteil für Kinder	Sprechhilfen	Stehhilfen	Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen	Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schuhzurichtungen Gehstöcke Strumpfhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein
<p>Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person</p>																		
<p>Anforderungen an den fachlichen Leiter (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p>	OTM, ZE, GQ	FM, F, GQ	FM, GQ	OTM, IOTR, GQ	AOM, IAO, GQ	AOM, IAO, GQ	APO, AOM, IAO, GQ	AOM, IAO, AA, GQ	AOM, IAO, GQ	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, AOM, IAO, GQ	OTM, IOTR, GQ	OTM, IOTR, GQ	OTM, IOTR, OT, GQ	OTM, IOTR, OT, TMED, GQ	IMED, BMT, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, ET, GQ	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ	OTSM, GQ
<p>Orthopädietechnikermeister/in OTM</p>	x			x							x	x	x	x		x	x	
<p>Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehathechnik IOTR</p>				x							x	x	x	x		x	x	
<p>Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT</p>													x	x		x	x	
<p>Orthobionik B.Sc. OB</p>																		
<p>Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik IMED</p>									x						x	x	x	

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Epithesen (Leib/Rumpf)	Prothesen Haarersatz (konfektioniert)	Prothesen Haarersatz (mit Anpassung/handwerklicher Tätigkeit)	Prothesen Armprothesen	Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen	Schieltherapeutika	Okklusionspflaster Uhrglasverbände	Kontaktlinsen	Vergrößernde Sehhilfen Leseeständer	Elektronisch vergrößernde Sehhilfen Leseeständer	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Therapiestühle /-sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Sitzkeil für Kinder	Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder	Sprechhilfen	Stehhilfen	Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen	Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schuhzurichtungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein
Biomedizinische Technik B.Sc. BMT										x					x	x	x	
Orthopädieschuhmachermeister/-in OTSM																		x
Orthopädieschuhmacher/-in OTS																		
Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS																	x	
Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA																	x	
Physiotherapeut/in PT																		
Ergotherapeut/in ET																x		
Podologe/Podologin PD																		
Apotheker/-in APO							x										x	
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA															x		x	
Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS																		
Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik TMED										x				x	x	x		
Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM										x					x	x		
Techniker für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT										x					x	x		
Zertifizierte Epithetiker/-in ZE	x																	
Hebammen/Entbindungspfleger HEB																		
Hörgeräteakustikermeister/-in HAM																		
Augenoptikermeister/-in AOM					x	x	x	x	x	x								
Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO					x	x	x	x	x	x								
Augenarzt / Augenärztin AA								x										
Ocularist/in OC																		
Kunstaugenhersteller/-in KAH																		

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Epithesen (Leib/Rumpf)	Prothesen Haarersatz (konfektioniert)	Prothesen Haarersatz (mit Anpassung/handwerklicher Tätigkeit)	Prothesen Armprothesen	Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen	Schieltherapeutika	Okklusionspflaster Uhrglasverbände	Kontaktlinsen	Vergrößernde Sehhilfen Leseblätter	Elektronisch vergrößernde Sehhilfen Leseblätter	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Therapiestühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Sitzkeil für Kinder	Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder	Sprechhilfen	Stehhilfen	Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen	Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schuhzurichtungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	
Friseurmeister/in FM		x	x																
Friseur/in Maskenbildner/in F		x																	
Gleichwertige Qualifikation GQ	x	x	entfällt	entfällt	x	x	x	x	x	x	x	entfällt	x	x	x	x	x	x	entfällt
Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und																			
Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist	x	x	entfällt	entfällt	x	x	x	x	x	x	x	entfällt	x	x	x	x	x	x	entfällt
Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Insolvenzfreiheit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Beachtung des Datenschutzes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen																			
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)															x				

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Epithesen (Leib/Rumpf)	Prothesen Haarersatz (konfektioniert)	Prothesen Haarersatz (mit Anpassung/handwerklicher Tätigkeit)	Prothesen Armprothesen	Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen	Schieltherapeutika	Okklusionspflaster Uhrglasverbände	Kontaktlinsen	Vergrößernde Sehhilfen Leseblätter	Elektronisch vergrößernde Sehhilfen Leseblätter	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Therapiestühle /-sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Sitzkeil für Kinder	Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder	Sprechhilfen	Stehhilfen	Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen	Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schuhzurichtungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)																			
Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x			x
Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung einer fachgerechten und produktgeeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit sowie Wiederaufarbeitung				x						x	x	x	x	x	x	x			
Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)		x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]															(x)		(x)		
Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]															(x)		(x)		
Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]															(x)		(x)		
Räumlich: Räumliche Voraussetzungen																			
Verkaufs-/Empfangsbereich	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(x)	x	(x)		x
Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege												x					(x)		
Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit	x	x	x	x		x	x				x	entfällt	x		(x)				x
Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt																			x
Laufgang/Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt																			entfällt

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Epithesen (Leib/Rumpf)	Prothesen Haarersatz (konfektioniert)	Prothesen Haarersatz (mit Anpassung/handwerklicher Tätigkeit)	Prothesen Armprothesen	Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen	Schieltherapeutika	Okklusionspflaster Uhrglasverbände	Kontaktlinsen	Vergrößernde Sehhilfen Leseeständer	Elektronisch vergrößernde Sehhilfen Leseeständer	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Therapiestühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Sitzkeil für Kinder	Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder	Sprechhilfen	Stehhilfen	Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen	Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schuhzurichtungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein
Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)				x							x	x	x	x		x		x
Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)				x							x	x	x	x		x		x
Werkstatt/-raum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen	x		x	x	x				x	x	x	x	x	x		x		x
Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen	x	x	x	entfällt	x	x	x	x	x	x	entfällt	entfällt	x	x	x	x	x	entfällt
Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte				entfällt					entfällt	x	x	x	x	x		x		
Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten																	(x)	
Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen																		
Orthopädie- und Rehathechnik u. a. **																		
Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System***)	x			x							x	x	x	entfällt		x		x
Fräse				x							x	x	x	entfällt				x
Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System***)				x							x	x	x	x		x		x
Gipsbecken				entfällt							x	entfällt	x	entfällt				entfällt
Bandsäge												x						
Werkbank mit Werkzeugausstattung	x			x							x	x	x	x		x		x
Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine				x							x	x	x	entfällt				x
Zuschneide- und Arbeitstisch				x							x	x	x	entfällt				x
Tischnähmaschine				x							x	x	x	x				x

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Epithesen (Leib/Rumpf)	Prothesen Haarersatz (konfektioniert)	Prothesen Haarersatz (mit Anpassung/handwerklicher Tätigkeit)	Prothesen Armprothesen	Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen	Schieltherapeutika	Okklusionspflaster Uhrglasverbände	Kontaktlinsen	Vergrößernde Sehhilfen Leseeständer	Elektronisch vergrößernde Sehhilfen Leseeständer	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Therapiestühle /-sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Sitzkeil für Kinder	Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder	Sprechhilfen	Stehhilfen	Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen	Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schuhzurichtungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	
Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung				x							x	x	x	entfällt					x
Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz				x							x	x	x	entfällt					x
Tiefziehgerät				x															x
Geeigneter Spiegel	x			x	x			x				x				x		x	x
Augenoptik																			
Kontaktlinsenarbeitsplatz																			
Einweisungsplatz								x											
Ophthalmometer								x											
Spaltlampenmikroskop								x											
Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen								x											
Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion								x											
Refraktionsraum																			
Raum lässt sich abdunkeln					x			x	x										
Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht					x			x	x										
Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl					x			x	x										
Skioskop und Skioskopleisten und/oder Refraktometer					x			x	x										
Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille					x			x	x										
Polarisationsvorhalter					x														
Kreuzzylinder					x			x	x										
Abgleichleiste					x			x	x										
Gerät zur Sehzeichendarbietung					x			x	x										
Vorrichtung zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe (z.B. Phoropter mit entsprechender Nahprüfeinrichtung) Binokulartest					x			x	x										
Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes					x			x	x										
Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus					x			x	x										
Ein Satz Kantenfilter					x				x										
Werkstatt																			
Werktisch					x				x										
Handschleifmaschine und/oder Randbearbeitungsmaschine					x				x										
Bohrmaschine mit Zubehör					x				x										
Poliermaschine					x				x										
Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine					x				x										
Scheitelbrechwertmessgerät					x				x										
Zentriergerät																			
Hörakustik																			
Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A																			
Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher																			
Messbox																			
Insitu-Anlage																			
Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle																			
Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitzange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Spindelspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät)																			
Ultraschallbad																			
Materialien und Werkzeuge (zum Herstellen von Rohlingen für Ohrabformungen)																			
Abdruckmaterialien und -geräte																			
Otoskop inkl. diverse Trichter																			
Backenpinzette																			
Leuchtstab																			

Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Epithesen (Leib/Rumpf)	Prothesen Haarersatz (konfektioniert)	Prothesen Haarersatz (mit Anpassung/handwerklicher Tätigkeit)	Prothesen Armprothesen	Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen	Schieltherapeutika	Okklusionspflaster Uhrglasverbände	Kontaktlinsen	Vergrößernde Sehhilfen Leseblätter	Elektronisch vergrößernde Sehhilfen Leseblätter	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	Therapiestühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Sitzkeil für Kinder	Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder	Sprechhilfen	Stehhilfen	Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen	Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schuhzurichtungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	
1 Pinzettensortiment																			
1 Lötstation (Lötzinn; Entlötlitze)																			
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade																			
Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte)																			
Allgemeine Kommunikation																			
Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien																			
Sprechender Kompass (auch taktil sowie kontrastreich für Sehbehinderte)																			
Lorman-Handschuh																			
Diktiergerät																			
Optische Ausrüstung																			
Verschiedene optische Lupen																			
Low Vision Leuchten mit verschiedenen Lichtfarben und Leuchtstärken																			
Zugriff auf Bildschirmlesegerät																			
Zugriff auf elektronische Handlupen																			
4 x 12 Monokular																			
6 x 16 Monokular																			
8 x 20 Monokular																			
8 x 30 Monokular																			
10 x 20 Monokular																			
10 x 30 Monokular																			
6 x Binokular																			
8 x Binokular																			
2 x Extender																			
Zugriff auf Bauerfeind Prisma																			
Kantenfilter als Serie (Clip-ons und Überziehmodelle)																			
Oberkanten- und Seitenschutz für Brillen																			
Leeres Brillengestell																			
Taschenlampen (Standard, Aspherilux, Xenon, LED)																			
Taktile Medien																			
Zugriff auf einen Fuser																			
Materialien zur Erstellung taktiler Pläne																			
Verschiedene Modelle zur Darstellung von Umweltmustern																			
Versorgung mit Haarersatz																			
Höhenverstellbarer Frisörstuhl		x	x																
Friseurübliches Handwerkszeug		x	x																
Materialkarten			x																
Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen			x																
Haarwaschbecken			x																
Höhenverstellbarer Kopfhalter		x	x																
Postichköpfe in den Größen 50-60 cm		x	x																
Zwei geeignete Spiegel		x	x																
Lockenstäbe für Echt- und Synthetikhaar		x	x																
Dampf- und Trockengeräte			x																
Betriebsbegehungen				x	x			x	x		x	x							x

<p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p>	31B	31C	31D	31E	32A	32B	33A	99A	99B	99C	99D	99E	99F	99G	99H	
<p>Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnis nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p>	<p>34 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06 unbesetzt</p>	<p>31.03.03 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06</p>	<p>31.03.07 31.03.08 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06</p>	31.03.04	<p>32.06.01 32.07.01 32.10.01 32.29.01 32.29.02 32.99.01</p>	<p>32.04.01 32.09.01</p>	33	99.17.01	99.22.01	99.27.01	99.27.02	99.27.03	99.42.01	99.99.01	99.99.03	
<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Schuhzurichtungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Schuhe; Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh</p>	<p>Therapeutische Bewegungsgeräte</p>	<p>CPM-Motorbewegungsschienen</p>	<p>Toilettenhilfen</p>	<p>N.N. (Kopfschutzhelme/- bandagen) konfektionierte Produkte</p>	<p>N.N. (Kiefermuskeltrainer)</p>	<p>Erektionsringe</p>	<p>Vakuum-Erektionssysteme</p>	<p>N.N. (Vaginaltrainer)</p>	<p>N.N. (Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase)</p>	<p>Blindenführhunde (Regelungen werden zu einem späteren Zeitpunkt erstellt)</p>	<p>N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herztätigkeit)</p>	<p>Nachweise</p>
Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person																
<p>Anforderungen an den fachlichen Leiter (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p>		<p>OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, GQ</p>	<p>OTM, OTSM, GQ</p>	<p>OTSM, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, PT, ET, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, PT, ET, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, GKA, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ</p>	<p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ</p>		<p>IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ</p>	
<p>Orthopädietechnikermeister/in OTM</p>		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation oder Ausnahmegenehmigung gemäß § 8 HwO
<p>Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehathechnik IOTR</p>		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x			Diplom-Urkunde
<p>Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT</p>		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x			Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
<p>Orthobionik B.Sc. OB</p>																Urkunde B.Sc.
<p>Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik IMED</p>					x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	Diplom-Urkunde

<p align="center">Inhalt der Versorgungsgebiete</p> <p align="center">(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	Schutzrichtungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	<p>Sehehe, Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh	Therapeutische Bewegungsgeräte	CPM-Motorbewegungsschienen	Toilettenhilfen	N.N. (Kopfschutzhelme/- bandagen) konfektionierte Produkte	N.N. (Kiefermuskeltrainer)	Erektionsringe	Vakuum-Erektionssysteme	N.N. (Vaginaltrainer)	N.N. (Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase)	Blindenführhunde (Regelungen werden zu einem späteren Zeitpunkt erstellt)	N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herztätigkeit)	<p align="center">Nachweise</p>
Biomedizinische Technik B.Sc. BMT					x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	Urkunde B.Sc.
Orthopädienschuhmachermeister/-in OTSM		x	x	x												Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation
Orthopädienschuhmacher/-in OTS		x														Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS							x	x		x	x	x	x			Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung oder Nachweis über eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufspraxis in der Hilfsmittelabgabe und -versorgung im betreffenden Versorgungsbereich (z.B. Fachhandel, Apotheke). Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachgeschäfts, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA							x			x	x	x	x			Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Physiotherapeut/in PT					x	x	x	x								Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Ergotherapeut/in ET					x	x	x									Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Podologe/Podologin PD																
Apotheker/-in APO							x			x	x	x	x			Apothekenbetriebslaubnis bzw. Approbation bzw. Nachweis über abgeschlossenes Studium
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA							x	x		x	x	x	x			Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS																Urkunde/Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung
Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik TMED					x	x	x								x	Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM					x	x	x								x	Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis(e) über die fünfjährige einschlägige Berufspraxis oder Nachweis Zusatzqualifikation "MTcert®"
Techniker für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT					x	x	x								x	Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Zertifizierte Epithetiker/-in ZE																Urkunde/Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung
Hebammen/Entbindungspfleger HEB																Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Hörgeräteakustikermeister/-in HAM																Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation
Augenoptikermeister/-in AOM																Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation
Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO																Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Augenarzt / Augenärztin AA																Approbation bzw. Nachweis über abgeschlossenes Studium
Ocularist/in OC																Urkunde/Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung
Kunstaugenhersteller/-in KAH																Urkunde/Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung

Inhalt der Versorgungs teil bereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Schutzrichtungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	Sehhe-, Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Diabetesfußbetreibungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh	Therapeutische Bewegungsgeräte	CPM-Motorbewegungsschienen	Toilettenhilfen	N.N. (Kopfschutzhelme/- bandagen) konfektionierte Produkte	N.N. (Kiefermuskeltainer)	Erektionsringe	Vakuum-Erektionssysteme	N.N. (Vaginaltrainer)	N.N. (Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase)	Blindenführhunde (Regelungen werden zu einem späteren Zeitpunkt erstellt)	N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herztätigkeit)	Nachweise
Friseurmeister/in FM																Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation
Friseur/in Maskenbildner/in F																Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Gleichwertige Qualifikation GQ		x	entfällt	entfällt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung Beschreibung und geeigneter Nachweis über Ausbildungsinhalte und Gleichwertigkeit
Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und																
Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kopie der Gewerbeanmeldung, sofern es sich um einen Gewerbebetrieb handelt oder des Handelsregisterauszugs oder der Eintragung in das Berufsregister des Firmensitzes (Handwerksrolle oder Industrie- und Handelskammer, Approbation u. ä.) oder Eigenerklärung bei Gewerbebetreibenden, die nicht zum Eintrag verpflichtet sind oder Erklärung der Zugehörigkeit zu freien Berufen
Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist		x	entfällt	entfällt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Schriftliche Selbstverpflichtung zur Erreichbarkeit der bzw. einer fachlichen Leitung im Rahmen der üblichen Betriebszeit, die sowohl vom Betriebsinhaber bzw. der juristischen Person sowie der fachlichen Leitung(en) unterzeichnet ist.
Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kopie eines aktuellen Versicherungsnachweises, der nicht älter als zwölf Monate ist
Insolvenzfreiheit		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Eigenerklärung, dass über das Firmenvermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren nicht eröffnet, die Eröffnung nicht beantragt oder mangels Masse abgelehnt worden ist und sich die Firma nicht in Liquidation befindet (Als ausländischer Anbieter ist eine Eigenerklärung erforderlich, dass sich die Firma nicht in Verhältnissen, die nach den Rechtsvorschriften des Herkunftslandes mit den genannten Verfahren vergleichbar sind, befindet.)
Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Eigenerklärung, dass die Firma der gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge nachgekommen ist oder nachkommt
Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Bei Gewerbebetreibenden Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a GewO
Beachtung des Datenschutzes		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Eigenerklärung über die Einhaltung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Eigenerklärung, dass die Voraussetzungen nach § 128 SGB V eingehalten werden
Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Angabe eines oder mehrerer für die jeweilige Betriebsstätte vergebenen Institutionskennzeichen/s der Sammel- und Verteilungsstelle IK (SVI) der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen
Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen																
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)															x	Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Einhaltung des telefonischen Notdienstes durch mit den Versorgungen betrautem, qualifiziertem Personal mit Angabe der Servicetelefonnummer(n)

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Schutzvorrichtungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Schuhe, konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh</p>	<p>Therapeutische Bewegungsgeräte</p>	<p>CPM-Motorbewegungsschienen</p>	<p>Toilettenhilfen</p>	<p>N.N. (Kopfschutzhelme/- bandagen) konfektionierte Produkte</p>	<p>N.N. (Kiefermuskeltrainer)</p>	<p>Erektionsringe</p>	<p>Vakuum-Erektionssysteme</p>	<p>N.N. (Vaginaltrainer)</p>	<p>N.N. (Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase)</p>	<p>Blindenführhunde (Regelungen werden zu einem späteren Zeitpunkt erstellt)</p>	<p>N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herztätigkeit)</p>	<p>Nachweise</p>	
<p>Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p>																	<p>Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Einhaltung des persönlichen und telefonischen Notdienstes durch mit den Versorgungsbetreibern betrautem, qualifiziertem Personal mit Angabe der Servicetelefonnummer(n)</p>
<p>Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p>		<p>x</p>	<p>x</p>		<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen inkl. Beschreibung der Maßnahmen</p>	
<p>Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)</p>		<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>									<p>x</p>	<p>Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen inkl. Beschreibung der Maßnahmen</p>
<p>Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung einer fachgerechten und produktgeeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit sowie Wiederaufarbeitung</p>					<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>										<p>Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Sicherstellung einer fachgerechten und produktgeeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit sowie Wiederaufarbeitung inkl. Beschreibung der Maßnahmen</p>
<p>Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)</p>		<p>x</p>			<p>x</p>		<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (gilt nur für konfektionierte Produkte)</p>	
<p>Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]</p>						<p>x</p>											<p>Lieferung, ggf. Installation, Inbetriebnahme bzw. Anpassung der Hilfsmittel vor Ort, insbesondere der organisatorischen Rahmenbedingungen des Außendienstesatzes inkl. Organisationsdiagramm (bezogen auf die Leistungserbringung: Mitarbeiter des Unternehmens oder externe Mitarbeiter) Eigenerklärung über ausreichenden Fuhrpark oder andere geeignete Möglichkeit der Mobilität Angaben zur Erreichbarkeit des fachlichen Leiters/der verantwortlichen Person</p>
<p>Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p>																	<p>Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Vorhaltung von verschiedenen Produkten vor Ort und Verfahrensbeschreibung</p>
<p>Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p>						<p>x</p>											<p>Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur sachgerechten Beratung und Einweisung des Versicherten durch qualifiziertes Personal</p>
<p>Räumlich: Räumliche Voraussetzungen</p>																	
<p>Verkaufs-/Empfangsbereich</p>		<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>		<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>		
<p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege</p>																	
<p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit</p>		<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>			<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>		
<p>Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt</p>			<p>x</p>	<p>x</p>													
<p>Laufgang/Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt</p>		<p>x</p>	<p>entfällt</p>														

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Schutzrichtungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Schuhe, Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh</p>	<p>Therapeutische Bewegungsgeräte</p>	<p>CPM-Motorbewegungsschienen</p>	<p>Toilettenhilfen</p>	<p>N.N. (Kopfschutzhelme/- bandagen) konfektionierte Produkte</p>	<p>N.N. (Kiefermuskeltrainer)</p>	<p>Erektionsringe</p>	<p>Vakuum-Erektionssysteme</p>	<p>N.N. (Vaginaltrainer)</p>	<p>N.N. (Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase)</p>	<p>Blindenführhunde (Regelungen werden zu einem späteren Zeitpunkt erstellt)</p>	<p>N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herztätigkeit)</p>	<p>Nachweise</p>	
<p>Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p>			x	x	x												<p>Protokoll über Betriebsbegehung durch einschlägig fachlich ausgebildete Personen gemäß Anhang dieser Empfehlungen in den angegebenen Versorgungs(teil)bereichen für Neubetriebe, bei Bezug von neuen oder anderen Räumlichkeiten (Erstbezug aus Sicht des Inhabers) oder bei maßgeblichen Änderungen der räumlichen Verhältnisse (bauliche Maßnahmen u. ä.) sowie Mietvertrag oder Grundbuchauszug in einfacher Kopie (Angaben und Inhalte, die für den Nachweis der Erfüllung der räumlichen Voraussetzungen nicht relevant sind, können geschwärzt werden)</p> <p>-----</p> <p>In allen übrigen Fällen:</p> <p>Mietvertrag oder Grundbuchauszug in einfacher Kopie (Angaben und Inhalte, die für den Nachweis der Erfüllung der räumlichen Voraussetzungen nicht relevant sind, können geschwärzt werden), Grundrisskizze/Raumskizze und Fotodokumentation</p> <p>Bei Auffälligkeiten und Unplausibilitäten in den schriftlichen Unterlagen ist nach Stellungnahmemöglichkeit des Leistungserbringers in den angegebenen Versorgungs(teil)bereichen ebenfalls eine Betriebsbegehung - ggf. nur partiell - auf dessen Kosten durchzuführen. Dies setzt seine Beauftragung voraus, ansonsten ist von der Nichterfüllung der Anforderungen auszugehen.</p> <p>-----</p> <p>Auf freiwilliger Basis kann auf Kosten des Leistungserbringers anstelle der schriftlichen Nachweisführung in den angegebenen Versorgungs(teil)bereichen eine Betriebsbegehung erfolgen.</p>
<p>Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p>			x	x	x												
<p>Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen</p>			x	x	x												
<p>Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen</p>			x	entfällt	entfällt	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
<p>Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte</p>						x	x	x									
<p>Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten</p>																	<p>Eigenerklärung über Nutzungsmöglichkeit eines Handwaschbeckens durch den Versicherten</p>
<p>Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen</p>																	
<p>Orthopädie- und Rehathechnik u. a. **</p>																	
<p>Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System ***)</p>			x	x	x												
<p>Fräse</p>																	
<p>Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System ***)</p>			x	x	x		x										
<p>Gipsbecken</p>				entfällt													
<p>Bandsäge</p>																	
<p>Werkbank mit Werkzeugausstattung</p>			x	x	x	x	x										
<p>Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine</p>			x	entfällt	entfällt												
<p>Zuschneide- und Arbeitstisch</p>			x	x	x												
<p>Tischnähmaschine</p>																	

<p>Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Schutzrichtungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Seh-; Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh</p>	<p>Therapeutische Bewegungsgeräte</p>	<p>CPM-Motorbewegungsschienen</p>	<p>Toilettenhilfen</p>	<p>N.N. (Kopfschutzhelme/- bandagen) konfektionierte Produkte</p>	<p>N.N. (Kiefermuskeltrainer)</p>	<p>Erektionsringe</p>	<p>Vakuum-Erektionssysteme</p>	<p>N.N. (Vaginaltrainer)</p>	<p>N.N. (Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase)</p>	<p>Blindenführhunde (Regelungen werden zu einem späteren Zeitpunkt erstellt)</p>	<p>N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herztätigkeit)</p>	<p>Nachweise</p>	
Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung		x	x	x													<p>Protokoll über die Inventarprüfung im Rahmen einer Betriebsbegehung durch einschlägig fachlich ausgebildete Personen gemäß Anhang dieser Empfehlungen in den angegebenen Versorgungs(teil)bereichen für Neubetriebe, bei Bezug von neuen oder anderen Räumlichkeiten (Erstbezug aus Sicht des Inhabers) oder bei maßgeblichen Änderungen der räumlichen Verhältnisse (bauliche Maßnahmen u. ä.)</p> <p>-----</p> <p>In allen übrigen Fällen:</p> <p>Inventarliste mit genauer Bezeichnung der Gerätschaften (inkl. Typbezeichnung, Seriennummer) und Fotodokumentation (Werkbank- und Arbeitsplatzausstattungen sind aufzulisten und Bestandteil der Fotodokumentation, wenn sie im Detail in diesen Empfehlungen aufgeführt sind)</p> <p>Bei Auffälligkeiten und Unplausibilitäten in den schriftlichen Unterlagen ist nach Stellungnahmemöglichkeit des Leistungserbringers in den angegebenen Versorgungs(teil)bereichen ebenfalls eine Betriebsbegehung - ggf. nur partiell - auf dessen Kosten durchzuführen. Dies setzt seine Beauftragung voraus, ansonsten ist von der Nichterfüllung der Anforderungen auszugehen.</p> <p>-----</p> <p>Auf freiwilliger Basis kann auf Kosten des Leistungserbringers anstelle der schriftlichen Nachweisführung in den angegebenen Versorgungs(teil)bereichen eine Betriebsbegehung erfolgen.</p>
Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz			x	x													
Tiefziehgerät			x														
Geeigneter Spiegel		x	x	entfällt													
Augenoptik																	
Kontaktlinsenarbeitsplatz																	
Einweisungsplatz																	
Ophthalmometer																	
Spaltlampenmikroskop																	
Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen																	
Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion																	
Refraktionsraum																	
Raum lässt sich abdunkeln																	
Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht																	
Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl																	
Skiaskop und Skiaskopleisten und/oder Refraktometer																	
Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille																	
Polarisationsvorhalter																	
Kreuzzylinder																	
Abgleichleiste																	
Gerät zur Sehzeichendarbietung																	
Vorrichtung zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe (z.B. Phoropter mit entsprechender Nahprüfeinrichtung) Binokulartest																	
Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes																	
Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus																	
Ein Satz Kantfilter																	
Werkstatt																	
Werktisch																	
Handschleifmaschine und/oder Randbearbeitungsmaschine																	
Bohrmaschine mit Zubehör																	
Poliermaschine																	
Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine																	
Scheitelbrechwertmessgerät																	
Zentriergerät																	
Hörakustik																	
Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A																	
Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher																	
Messbox																	
Insitu-Anlage																	
Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle																	
Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitezange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Spindelspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät)																	
Ultraschallbad																	
Materialien und Werkzeuge (zum Herstellen von Rohlingen für Ohrabformungen)																	
Abdruckmaterialien und -geräte																	
Otoskop inkl. diverse Trichter																	
Backenpinzette																	
Leuchtstab																	

<p>Inhalt der Versorgungsgebiete</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p>Schutzrichtungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Schuhe, Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein</p>	<p>Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh</p>	<p>Therapeutische Bewegungsgeräte</p>	<p>CPM-Motorbewegungsschienen</p>	<p>Toilettenhilfen</p>	<p>N.N. (Kopfschutzhelme/- bandagen) konfektionierte Produkte</p>	<p>N.N. (Kiefermuskeltrainer)</p>	<p>Erektionsringe</p>	<p>Vakuum-Erektionssysteme</p>	<p>N.N. (Vaginaltrainer)</p>	<p>N.N. (Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase)</p>	<p>Blindenführhunde (Regelungen werden zu einem späteren Zeitpunkt erstellt)</p>	<p>N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herztätigkeit)</p>	<p>Nachweise</p>	
1 Pinzettensortiment																	
1 Lötstation (Lötzinn; Entlötlitze)																	
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade																	
Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte)																	Inventarliste mit genauer Bezeichnung der Gerätschaften (inkl. Typbezeichnung, Seriennummer) und Fotodokumentation (Arbeitsplatzausstattungen sind aufzulisten und Bestandteil der Fotodokumentation, wenn sie im Detail in diesen Empfehlungen aufgeführt sind)
Allgemeine Kommunikation																	
Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien																	
Sprechender Kompass (auch taktil sowie kontrastreich für Sehbehinderte)																	
Lorman-Handschuh																	
Diktiergerät																	
Optische Ausrüstung																	
Verschiedene optische Lupen																	
Low Vision Leuchten mit verschiedenen Lichtfarben und Leuchtstärken																	
Zugriff auf Bildschirmlesegerät																	
Zugriff auf elektronische Handlupen																	
4 x 12 Monokular																	
6 x 16 Monokular																	
8 x 20 Monokular																	
8 x 30 Monokular																	
10 x 20 Monokular																	
10 x 30 Monokular																	
6 x Binokular																	
8 x Binokular																	
2 x Extender																	
Zugriff auf Bauerfeind Prisma																	
Kantenfilter als Serie (Clip-ons und Überziehmodelle)																	
Oberkanten- und Seitenschutz für Brillen																	
Leeres Brillengestell																	
Taschenlampen (Standard, Aspherilux, Xenon, LED)																	
Taktile Medien																	
Zugriff auf einen Fuser																	
Materialien zur Erstellung taktiler Pläne																	
Verschiedene Modelle zur Darstellung von Umweltmustern																	
Versorgung mit Haarersatz																	
Höhenverstellbarer Frisörstuhl																	
Friseurübliches Handwerkszeug																	
Materialkarten																	
Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen																	
Haarwaschbecken																	
Höhenverstellbarer Kopfhalter																	
Postichköpfe in den Größen 50-60 cm																	
Zwei geeignete Spiegel																	
Lockenstäbe für Echt- und Synthetikhaar																	
Dampf- und Trockengeräte																	
Betriebsbegehungen		x	x	x													

	<p style="text-align: center;">Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p>	
	<p style="text-align: center;">Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnisses nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p>	
	<p style="text-align: center;">Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	Nachweise bei Repräqualifizierung
Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person		
	<p>Anforderungen an den fachlichen Leiter (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p>	
	Orthopädietechnikermeister/in OTM	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehathechnik IOTR	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Orthobionik B.Sc. OB	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik IMED	Bei Änderung der Gegebenheiten

	<p style="text-align: center;">Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p style="text-align: center;">(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p style="text-align: center;">Nachweise bei Repräqualifizierung</p>
	Biomedizinische Technik B.Sc. BMT	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Orthopädieschuhmachermeister/-in OTS	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Orthopädieschuhmacher/-in OTS	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Kaufrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Physiotherapeut/in PT	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Ergotherapeut/in ET	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Podologe/Podologin PD	
	Apotheker/-in APO	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik TMED	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Techniker für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Zertifizierte Epithetiker/-in ZE	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Hebammen/Entbindungspfleger HEB	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Hörgeräteakustikermeister/-in HAM	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Augenoptikermeister/-in AOM	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Augenarzt / Augenärztin AA	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Ocularist/in OC	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Kunstaugenhersteller/-in KAH	Bei Änderung der Gegebenheiten

	Inhalt der Versorgungsteilbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)	Nachweise bei Repräqualifizierung
	Friseurmeister/in FM	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Friseur/in Maskenbildner/in F	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Gleichwertige Qualifikation GQ	Bei Änderung der Gegebenheiten
Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und		
	Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)	Aktueller Nachweis erforderlich
	Insolvenzfreiheit	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen	Aktueller Nachweis erforderlich
	Beachtung des Datenschutzes	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden	Bei Änderung der Gegebenheiten
Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen		
	Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)	Bei Änderung der Gegebenheiten

	<p align="center">Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p align="center">(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p align="center">Nachweise bei Repräqualifizierung</p>
	<p>Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p>	Bei Änderung der Gegebenheiten
	<p>Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p>	Bei Änderung der Gegebenheiten
	<p>Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)</p>	Bei Änderung der Gegebenheiten
	<p>Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung einer fachgerechten und produktgeeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit sowie Wiederaufarbeitung</p>	Bei Änderung der Gegebenheiten
	<p>Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)</p>	Bei Änderung der Gegebenheiten
	<p>Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]</p>	Bei Änderung der Gegebenheiten
	<p>Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p>	Bei Änderung der Gegebenheiten
	<p>Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p>	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Räumlich: Räumliche Voraussetzungen	
	Verkaufs-/Empfangsbereich	
	Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege	
	Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit	
	Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt	
	Laufgang/Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt	

	<p align="center">Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p align="center">(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p align="center">Nachweise bei Repräqualifizierung</p>	
	<p>Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschlüsse und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p>	<p>Bei Änderung der Gegebenheiten</p>	
	<p>Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiheit vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p>		
	Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen		
	Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen		
	Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte		
	Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten		Bei Änderung der Gegebenheiten
	Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen		
	Orthopädie- und Rehathechnik u. a. **		
	Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System ***)		
	Fräse		
	Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System ***)		
	Gipsbecken		
	Bandsäge		
	Werkbank mit Werkzeugausstattung		
	Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine		
	Zuschneide- und Arbeitstisch		
	Tischnähmaschine		

	<p align="center">Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p align="center">(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p align="center">Nachweise bei Repräqualifizierung</p>
	Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung	
	Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz	
	Tiefziehgerät	
	Geeigneter Spiegel	
	Augenoptik	
	Kontaktlinsenarbeitsplatz	
	Einweisungsplatz	
	Ophthalmometer	
	Spaltlampenmikroskop	
	Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen	
	Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion	
	Refraktionsraum	
	Raum lässt sich abdunkeln	
	Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht	
	Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl	
	Skioskop und Skioskopleisten und/oder Refraktometer	
	Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille	
	Polarisationsvorhalter	
	Kreuzzylinder	
	Abgleichleiste	
	Gerät zur Sehzeichendarbietung	Bei Änderungen der Gegebenheiten
	Vorrichtung zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe (z.B. Phoropter mit entsprechender Nahprüfeinrichtung) Binokulartest	
	Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes	
	Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus	
	Ein Satz Kantenfilter	
	Werkstatt	
	Werktisch	
	Handschleifmaschine und/oder Randbearbeitungsmaschine	
	Bohrmaschine mit Zubehör	
	Poliermaschine	
	Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine	
	Scheitelbrechwertmessgerät	
	Zentriergerät	
	Hörakustik	
	Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A	
	Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher	
	Messbox	
	Insitu-Anlage	
	Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle	
	Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitezange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Spindelspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät)	
	Ultraschallbad	
	Materialien und Werkzeuge (zum Herstellen von Rohlingen für Ohrabformungen)	
	Abdruckmaterialien und -geräte	
	Otoskop inkl. diverse Trichter	
	Backenpinzette	
	Leuchtstab	

	<p style="text-align: center;">Inhalt der Versorgungsteilbereiche</p> <p style="text-align: center;">(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p>	<p style="text-align: center;">Nachweise bei Repräqualifizierung</p>
	1 Pinzettensortiment	
	1 Lötstation (Lötzinn; Entlötlitze)	
	Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade	
	<p>Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte)</p>	Bei Änderung der Gegebenheiten
	Allgemeine Kommunikation	
	Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien	
	Sprechender Kompass (auch taktil sowie kontrastreich für Sehbehinderte)	
	Lorman-Handschuh	
	Diktiergerät	
	Optische Ausrüstung	
	Verschiedene optische Lupen	
	Low Vision Leuchten mit verschiedenen Lichtfarben und Leuchtstärken	
	Zugriff auf Bildschirmelesegerät	
	Zugriff auf elektronische Handlupen	
	4 x 12 Monokular	
	6 x 16 Monokular	
	8 x 20 Monokular	
	8 x 30 Monokular	
	10 x 20 Monokular	
	10 x 30 Monokular	
	6 x Binokular	
	8 x Binokular	
	2 x Extender	
	Zugriff auf Bauerfeind Prisma	
	Kantenfilter als Serie (Clip-ons und Überziehmodelle)	
	Oberkanten- und Seitenschutz für Brillen	
	Leeres Brillengestell	
	Taschenlampen (Standard, Aspherilux, Xenon, LED)	
	Taktile Medien	
	Zugriff auf einen Fuser	
	Materialien zur Erstellung taktiler Pläne	
	Verschiedene Modelle zur Darstellung von Umweltmustern	
	Versorgung mit Haarsatz	
	Höhenverstellbarer Frisörstuhl	
	Friseurübliches Handwerkzeug	
	Materialkarten	
	Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen	
	Haarwaschbecken	
	Höhenverstellbarer Kopfhalter	
	Postichköpfe in den Größen 50-60 cm	
	Zwei geeignete Spiegel	
	Lockenstäbe für Echt- und Synthetikhaar	
	Dampf- und Trockengeräte	
	Betriebsbegehungen	